

Verejná súťaž podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“) na stránke www.uvo.gov.sk s použitím e-aukcie.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU

NÁZOV ZÁKAZKY:

„Modernizácia KNsP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“

Čadca, február 2023

Súťažné podklady sú vypracované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOVVO“).

Spracovateľ súťažných podkladov: Ing. Pavol Námešný, externý realizátor verejného obstarávania; Anna Burdová, referát verejného obstarávania KNsP Čadca

Zodpovedný za technickú špecifikáciu predmetu zákazky: Mgr. Martin Hurina, ved. technického odboru, KNsP Čadca

Zodpovedný za zmluvu: Mgr. Michal Mozolík

Schvaľovateľ: Ing. Martin Šenfeld, MBA. riaditeľ, KNsP Čadca

OBSAH

A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV

Časť I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
2. PREDMET ZÁKAZKY
3. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6. DRUH ZÁKAZKY/ZMLUVA
7. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
8. VARIANTNÉ RIEŠENIE
9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
10. NÁKLADY NA PONUKU

Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

11. KOMUNIKÁCIA MEDZI OBSTARÁVATEĽOM
A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI
12. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
13. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť III. PRÍPRAVA PONUKY

14. JAZYK PONUKY
15. ZÁBEZPEKA PONUKY
16. VYHOTOVENIE PONUKY
17. OBSAH PONUKY
18. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

Časť IV. PREDKLADANIE PONÚK

19. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE ELEKTRONICKÝCH PONÚK
20. PREDLOŽENIE PONUKY
21. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

Časť V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK

22. OTVÁRANIE PONÚK
23. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
24. PRESKÚMANIE PONÚK
25. OPRAVA CHÝB
26. VYSVETĽOVANIE PONÚK
27. MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK
28. VYHODNOCOVANIE PONÚK

- 29. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
- 30. UZATVORENIE ZMLUVY
- 31. DÔVODY NA ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
- 32. ŽIADOSŤ O NÁPRAVU
- 33. KONANIE O NÁMIETKACH
- 34. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

A.2.1 Osobné postavenie

A.2.2 Ekonomické a finančné postavenie

A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť

A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

A.3.1 Kritériá

A.3.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií

A.3.3 Všeobecné zásady postupu komisie pri hodnotení ponúk

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Podrobný opis predmetu zákazky

B.1.2 Ďalšie informácie

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Príloha „A“ Vyhlásenie uchádzača

Príloha „B“ Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha „C“ Návrh zmluvy

Príloha „D“ Identifikačné údaje uchádzača

Príloha „E“ Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov

Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria

Príloha „G“ Vyhlásenie uchádzača o nezávislom stanovení ponuky

Príloha „H“ Aukčný poriadok

Príloha „I“ Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha „K“ Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

| | |
|---------------------------------|--|
| Názov organizácie: | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca |
| Sídlo organizácie: | Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
| IČO: | 17335469 |
| Krajina: | Slovenská republika |
| Zastúpený: | Ing. Martin Šenfeld, MBA. riaditeľ KNsP |
| Druh verejného obstarávateľa: | verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZOVO |
| Kontaktné miesto : | KNsP Čadca |
| Profil verejného obstarávateľa: | www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/2123 |
| e-mail: | pavol.namesny@gmail.com |
| Kontaktná osoba pre VO: | Ing. Pavol Námesný, č.t. +421 908965189 |

2. PREDMET ZÁKAZKY

- 2.1 Predmetom zákazky je dodávka tovaru – prístrojové vybavenie pre oddelenia verejného obstarávateľa Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

3. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

- 3.1 Predmet zákazky je rozdelený na časti.

Časť 1: Anestéziologický prístroj

Časť 2: CTG 5 ks

Časť 3: USG prístroj

Časť 4: Monitory vitálnych funkcií 10 ks

Časť 5: Pojazdné RTG

Časť 6: Digitálny systém na hrudnú drenáž

- 3.2 Predpokladaná hodnota zákazky: **301 740,24 EUR bez DPH** z toho

a) pre časť 1: **51 958,33 EUR bez DPH,**

b) pre časť 2: **31 101,33 EUR bez DPH,**

c) pre časť 3: **75 473,71 EUR bez DPH,**

d) pre časť 4: **17 072,50 EUR bez DPH,**

e) pre časť 5: **119 866,66 EUR bez DPH,**

f) pre časť 6: **6 267,71 EUR bez DPH.**

- 3.3 Číselný kód podľa platných klasifikácií:

Nomenklatúra CPV

Hlavný slovník: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie

Časť 1:

Nomenklatúra CPV

Hlavný slovník: 33172100-7 Prístroje na anestéziu

Časť 2:

Nomenklatúra CPV

Hlavný slovník: 33112100-9 - Ultrazvukový srdcový detektor

Časť 3:

Nomenklatúra CPV

Hlavný slovník: 33112000-8 Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia

Časť 4:

Nomenklatúra CPV

Hlavný slovník: 33195100-4 Monitory

Časť 5:

Nomenklatúra CPV

Hlavný slovník: 33111000-1 Röntgenové prístroje

Časť 6:

Nomenklatúra CPV

Hlavný slovník: 33141600-6 - Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy

3.4 Uchádzač predloží ponuku jednu časť, viac častí alebo na všetky časti zákazky.

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

- 4.1. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov EÚ – kód projektu: 302021 CDM4 Modernizácia KNSP Čadca.
- 4.2. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr so splatnosťou do **60 (šesťdesiat)** dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
- 4.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky, t. j. limit predpokladanej hodnoty zákazky.
- 4.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa § 56 ods. 8 ZOVO uskutočniť rokovanie o znížení zmluvnej ceny.

5. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 5.1. Miesto plnenia: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca
- 5.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 12 týždňov od účinnosti zmluvy (platí pre všetkých 6 častí).

6. DRUH ZÁKAZKY/ZMLUVA

- 6.1. Zákazka sa považuje za zákazku na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 ZOVO.
- 6.2. Výsledkom verejného obstarávania bude **kúpna zmluva** (ďalej „zmluva“) s úspešným uchádzačom uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Obchodný zákonník“).
- 6.3. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky, ktoré musia byť obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a ktoré nie je prípustné meniť, je uvedené v časti „B.3. – Obchodné podmienky“ a v „Prílohe C – Návrh zmluvy“ súťažných podkladov.

7. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ

- 7.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Všetci členovia skupiny dodávateľov vytvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu verejného obstarávania.
- 7.2. V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje podľa § 37 ods. 2 ZOVO, aby skupina pred podpisom zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Občiansky zákonník“), niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia skupiny, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia skupiny ručia za záväzky skupiny spoločne a nerozdielne. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady, postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Z dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnej formy skupinou dodávateľov musí byť jasné a zrejmé ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti členov podľa predpisov v tejto krajine.
- 7.3. Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť **iba jednu ponuku**, buď samostatne sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny dodávateľov.
- 7.4. **Elektronickú ponuku predkladá uchádzač prostredníctvom IS EVO (www.uvo.gov.sk).**

8. VARIANTNÉ RIEŠENIE

- 8.1. Verejný obstarávateľ nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
- 8.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

9. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

- 9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t. j. do **29. 02. 2024**.

10. NÁKLADY NA PONUKU

- 10.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- 10.2. Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej nadlimitnej zákazky.

Časť II.

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

11. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

11.1. Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „dorozumievanie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s § 20 ZOVO.

11.2. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní nasledovne:

11.2.1 Elektronickou formou prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu:

- poskytnutie súťažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov verejným obstarávateľom na portáli EVO, neobmedzený prístup k súťažným podkladom získa každý záujemca v IS EVO bezplatne na stránke: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/2123> z profilu verejného obstarávateľa t. j. v elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa § 43 ods. 2 ZOVO na: <http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/459366>; verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe,
- poskytnutie vysvetlení súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie prostredníctvom IS EVO, pokiaľ záujemcovia o vysvetlenie požiadali,
- doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré zverejnil verejný obstarávateľ na IS EVO, ak je to nevyhnutné,
- predkladanie ponuky uchádzačmi podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch,
- odoslanie zápisnice z otvárania ponúk,
- odoslanie žiadosti o doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov,
- odoslanie žiadosti o vysvetlenie ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk, doručenie vysvetlenia ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky v
- doručenie doplnenia alebo vysvetlenia predložených dokladov (doklady týkajúce sa podmienok účasti),
- odoslanie informácie o vylúčení uchádzača z procesu verejného obstarávania ak nastanú okolnosti podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 ZOVO alebo v prípade vylúčenia ponuky podľa § 53 ods. 5 ZOVO,
- odoslanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk,
- v prípade uplatnenia revízných postupov, záujemca alebo uchádzač postupuje podľa § 163 a nasl. ZOVO.

11.2.2 Listinnou formou prostredníctvom pošty, osobne a pod. Miesto na doručenie originálov je sídlo kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedené v bode 5 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.1. Pracovný čas podateľne verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 15:00 hod, kedy je možné zo strany záujemcov/uchádzačov doručovať písomnosti osobne do podateľne verejného obstarávateľa, ak nie je uvedené inak (viď www.dpmmartin.sk):

- doručenie originálu záručnej listiny alebo poistenie záruky (v prípade, ak uchádzač zabezpečuje viazanosť ponuky formou bankovej záruky alebo poistením záruky).

- 11.3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v IS EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke <https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html>, kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.
- 11.4. Pre podanie ponuky v IS EVO je potrebné, aby záujemca bol už **registrovaný** ďalej len „registrovaný záujemca“). Viac o vytvorení účtu a priradení hospodárskeho subjektu sa dočítate v príručke - *Príručka k funkcionalitám webového sídla po prihlásení, kapitola 3.3.4 Zóna záujemcu/uchádzača – hospodárske subjekty* na stránke: <https://www.uvo.gov.sk/extdoc/1072/PR%C3%8DRU%C4%8CKA%20K%20FUNKCIONALIT%C3%81M%20WEBOV%C3%89HO%20S%C3%8DDLA%20%C3%9ARADU%20PO%20PRIHL%C3%81SEN%C3%8D>.
- 11.5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. **Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do IS EVO a nie kedy sa ju uchádzač prečítal.**
- 11.6. Upozorňujeme všetkých používateľov IS EVO, aby všetky otázky týkajúce sa používania IS EVO posielali na adresu eplatforma@vlada.gov.sk alebo kontaktovali pracovníkov telefonicky na čísle +421 2 209 25 100. Informačný systém Elektronického verejného obstarávania (EVO), prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní, prechádza k 31.03.2022 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky.

Upozornenie:

Informačný systém Elektronická platforma verejného obstarávania (ďalej „EPVO alebo aj ePlatforma“) poskytuje verejným obstarávateľom, obstarávateľom, uchádzačom a záujemcom aplikačné programové vybavenie na výkon a realizáciu procesov verejného obstarávania a všetkých jeho fáz elektronicke. EPVO vzniklo na základe zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a to využitím funkcionalít existujúcich informačných systémov, ktoré boli v správe Úradu pre verejné obstarávanie (IS EVO) a Ministerstva vnútra SR (Elektronické trhovisko), pričom ich správcovstvo od 31.3.2022 prešlo na Úrad vlády SR.

- 11.7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa riadi ustanoveniami § 20 ZOVO.

12. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- 12.1. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk záujemca požiada o ich vysvetlenie priamo cez IS EVO.
- 12.2. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom v súlade s § 48 ZOVO prostredníctvom IS EVO.
- 12.3. O odoslaní vysvetlenia budú všetci záujemcovia zaregistrovaní v IS EVO upozornení notifikačným e-mailom IS EVO. Vysvetlenie na predložené otázky nájdú záujemcovia zaregistrovaní v IS EVO v položke menu „Prehľad“ IS EVO pre dané zadávanie zákazky a súčasne v časti „Verejné podklady“. Predložené otázky a vysvetlenie zverejní verejný obstarávateľ aj vo svojom profile.
- 12.4. Termín na podanie žiadosti o vysvetlenie bude považovať verejný obstarávateľ za žiadosť podanú dostatočne vopred.

- 12.5. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom, **najneskôr 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk**. Akékoľvek doplnenie a spresnenie sa stáva súčasťou súťažných podkladov.

13. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 13.1. Obhliadka sa nevyžaduje.

Časť III.

PRÍPRAVA PONUKY

14. JAZYK PONUKY

- 14.1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa prekladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

15. ZÁBEZPEKA PONUKY

- 15.1 Zábezpeka sa vyžaduje pre predmet zákazky.

Časť 1: **1200,00 EUR bez DPH**

Časť 2: **750,00 EUR bez DPH**

Časť 3: **1800,00 EUR bez DPH**

Časť 4: **400,00 EUR bez DPH**

Časť 5: **3000,00EUR bez DPH**

Časť 6: **150,00EUR bez DPH**

- 15.2 Spôsob zloženia zábezpeky:

- 15.2.1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača,

- 15.2.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,

- 15.2.3 poistením záruky.

- 15.3 Podmienky zloženia bankovej záruky.

- 15.3.1. Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na Slovensku alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).

Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:

- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 15.9,
- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 15.1,
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.1,
- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnemu obstarávateľovi,

- platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1.

15.3.2 Banková záruka zanikne:

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny.

15.3.3 Záručná listina podľa bodu 15.2.1, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeky viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.

15.3.4 Záručná listina musí byť predložená v originálnom vyhotovení v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertovaná listina podľa § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ neakceptuje predloženie úradne overenej kópie záručnej listiny.

Dôležité upozornenie:

Ak záručná listina nie je v ponuke predložená ako originál v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertovaná listina podľa § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, v takom prípade originál záručnej listiny v listinnej podobe doručí uchádzač v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke.

15.4 Podmienky zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.

15.4.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.1 musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa

názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0068 1469

SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

variabilný symbol: číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (bez písmen)

špecifický symbol: IČO uchádzača

15.4.2 V prípade zloženia finančných prostriedkov prevodným bankovým príkazom musia byť tieto finančné prostriedky pripísané na účte verejného obstarávateľa **najneskôr v lehote určenej na predkladanie ponúk podľa bodu 19.1**, aby si verejný obstarávateľ mohol preveriť zloženie takto poskytnutej zábezpeky na svojom účte.

15.4.3 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1.

15.5 V prípade poistenia záruky vystavuje záručnú listinu poisťovňa, podmienky zloženia záruky sa použijú ustanovenia uvedené v bode 15.3. primerane.

15.6 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených

v bode 15.2.

- 15.7. Ak záručná listina podľa bodu 15.3. alebo doklad o poistení záruky podľa bodu 15.6. nebude vypracovaná podľa bodu 15.3.1 alebo ak nebude súčasťou ponuky, alebo ak zloženie zábezpeky bude podľa bodu 15.4 a v takomto prípade finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.1 a 15.4.2, bude ponuka hodnotená ako neúplná, bude zo súťaže vylúčená a nebude ďalej hodnotená.
- 15.8. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:
- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ZOVO.
- 15.9. Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
c) uzavretia zmluvy.

16. VYHOTOVENIE PONUKY

- 16.1. Verejný obstarávateľ požaduje v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti podľa § 39 ods. 1 ZOVO Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“), **aby vo svojej ponuke predložil štandardný formulár JED - u, ktorého elektronická verzia je dostupná na stránke: <https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk> .**
- 16.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bol postup nadlimitnej zákazky vyhlásený a v týchto súťažných podkladoch sa v ponuke predkladajú v elektronickej podobe ako skenované originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. V prípade, ak uchádzač deklaruje zábezpeku prostredníctvom bankovej záruky alebo dokladom o poistení, okrem predkladania elektronickej v IS EVO sa predkladajú aj v listinnej podobe ako originál alebo ako originál spolu s jej úradne osvedčenou kópiou v súlade s bodom 11.2.2 súťažných podkladov.
- 16.3. Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky požadované v týchto súťažných podkladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako súbory .pdf poprípade .jpg, .xlsx.

Podľa Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy pri zverejňovaní súborov na web stránke je potrebné dodržať nasledovné formáty súborov:

(.pdf, .html, .htm, .xhtml, .odt, .txt, .docx) pri textových výstupoch,
(.ods, .xlsx) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky,
(.zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz) pre kompresiu súborov,
(.gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .tif, .tiff, .svg, .png) pri grafických súboroch.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači pri predkladaní elektronickej ponuky dodržali komunikačné formáty v súlade s vyššie citovaným Výnosom.

- 16.4. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady – technické vybavenie a

odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na stránke UVO: www.uvo.gov.sk.

17. OBSAH PONUKY

17.1. Uchádzač predloží ponuku elektronicky v IS EVO.

17.2. Ponuka bude obsahovať nasledovné doklady:

- Sprievodný list vygenerovaný IS EVO - obsahuje zoznam všetkých predložených dokumentov prostredníctvom IS EVO spolu s údajmi o dátume odoslania, veľkosti súboru a s vypočítaným kontrolným reťazcom.
- Identifikačné údaje uchádzača: vyplnená príloha „D“ týchto súťažných podkladov.
- Plnú moc pre osobu, ktorá bude konať v mene všetkých osôb uchádzača, ktoré majú právo súčasne konať v mene uchádzača – podpisovať ponuku a predkladať platné dokumenty v IS EVO.
- Doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky a časti A.2 týchto súťažných podkladov musia byť predložené ako skenované originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je stanovené inak. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia, alebo overenia za účelom splnenia podmienky. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v rozsahu stanovenom v časti A.2 týchto súťažných podkladov môžu byť nahradené JED – om podľa § 39 ods. 1 ZOVO a podľa bodu 34.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov, ktorý musí byť podpísaný dotknutým subjektom.
- Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) - Príloha „A“; s nasledovným obsahom: uchádzač súhlasí so znením obchodných podmienok a všetkých ďalších podmienok obsiahnutých v súťažných podkladoch vzťahujúcich sa na verejné obstaranie predmetnej zákazky.
- Vyhlásenie uchádzača (Príloha „G“), ktoré musí byť podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
- Návrh zmluvy (Príloha „C“) **s prílohami, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy.**
- Súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha „B“) podľa bodu 23.4 kapitoly A.1 týchto súťažných podkladov.
- V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnemu obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov (príloha „E“ týchto súťažných podkladov).
- Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 súťažných podkladov.
- Návrh na plnenie kritéria podľa týchto súťažných podkladov časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia – Príloha „F“ týchto súťažných podkladov - Návrh na plnenie kritéria.
- Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov – Prílohu „K“, **ak je to potrebné.**
- Čestné vyhlásenie uchádzača – Prílohu „I“, **ak je to potrebné.**

- V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 ZOVO predložiť ponuku i na technický a funkčný **ekvivalent**. Ak uchádzač vo svojej ponuke ponúkne náhradu, týkajúcu sa špecifikácie predmetu verejného obstarávania - ekvivalent konkrétnych výrobcov, výrobných postupov, značiek, patentov, t. j. výrobkov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na min. výkonnostné a funkčné požiadavky predmetu, musí táto náhrada/ekvivalent však spĺňať všetky úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je výrobok určený. Navrhnuté riešenie nesmie byť v rozpore so súvisiacimi legislatívnymi normami. Na túto skutočnosť uchádzač upozorní v samostatnej prílohe, kde uvedie ponúkané ekvivalenty. Príloha bude podpísaná fyzickou osobou alebo štatutárnym orgánom uchádzača a v pdf (skenovanej) forme vložená v ponuke.

18. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

- 18.1. Navrhovaná zmluvná cena, ktorú uchádzač navrhne do spracovaného formulára pre predmet obstarávania, musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a podľa kapitoly B.2 Spôsob určenia ceny.
- 18.2. Návrh na plnenie kritéria navrhovaný uchádzačom - zmluvná cena časti predmetu zákazky bude vyjadrená v mene EUR bez DPH.
- 18.3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 - navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
 - sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
 - navrhovaná zmluvná cena v EUR s DPH.
- 18.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
- 18.5. Uchádzači pri stanovení ceny za konkrétnu časť predmetu zákazky postupujú podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny.

Časť IV.

PREDKLADANIE PONÚK

19. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

- 19.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **28. 03. 2023 o 10:00 hod.** miestneho času. Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenom čase nebude uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky.
- 19.2. Elektronickú ponuku predloží uchádzač v IS EVO.
- 19.3. V prípade, že uchádzač deklaruje zábezpeku v ponuke prostredníctvom bankovej záruky alebo poistením záruky, je povinný doručiť originál bankovej záruky alebo poistenie záruky aj v listinnej podobe prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk na adresu obstarávateľa. Banková záruka alebo poistenie záruky v listinnej podobe bude predložená v uzatvorenej obálke s označením:
 - adresa obstarávateľa uvedená v bode 5.1,

- adresa uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- **ZÁRUČNÁ LISTINA – NEOTVÁRAŤ !!!**, označenú heslom súťaže „Modernizácia KNŠP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“.

20. PREDLOŽENIE PONUKY

20.1. Ponuka vyhotovená podľa bodu 16. a obsahujúca dokumenty a doklady podľa bodu 17. kapitoly A.1 týchto súťažných podkladov sa predkladá ako:

- **elektronická ponuka v IS EVO**, týkajúca sa splnenia podmienok účasti, splnenia požiadaviek na predmet zákazky a návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- v prípade, že uchádzač deklaruje zábezpeku v ponuke prostredníctvom bankovej záruky alebo poistením záruky, táto banková záruka alebo poistenie záruky sa predkladá aj v listinnej podobe podľa bodu 19.3 súťažných podkladov.

20.2. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

20.3. Doklady a dokumenty požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a podľa týchto súťažných podkladov sa budú predkladať v IS EVO elektronicky. Platí, že vložené doklady a dokumenty, u ktorých sa vyžaduje podpis, budú podpísané na originálne vyhotovenom dokumente a následne skenované, uložené do súboru pdf a takto vložené do systému.

20.4. Pre splnenie podmienok komunikácie v IS EVO je potrebné, aby každý záujemca, ktorý prejaví záujem o účasť vo verejnom obstarávaní si riadne preštudoval Príručku používateľa IS EVO, ktorá je zverejnená na stránke www.uvo.gov.sk. a dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky, z ktorej bude odosielať súťažné podklady.

20.5. Uchádzač predloží dokumenty a súbory ponuky prostredníctvom IS EVO vo formátoch uvedených v príslušnom bode týchto súťažných podkladov. Pre úspešné spracovanie a predloženie ponuky prostredníctvom IS EVO je nutné mať potrebné technické vybavenie. Ako súčasť technického vybavenia je potrebné mať k dispozícii program Adobe Acrobat 6x Standard a vyššiu verziu alebo Adobe Acrobat ReaderDC (<https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME>), ktorý sa použije pri vyhotovení dokumentov a podpisovaní dokumentov vo formáte .pdf. Formát .pdf možno vytvoriť napr. z textového dokumentu (.doc, .rtf a pod.) príslušným SW (napr. PDF creator, Cute PDF Adobe Acrobat a pod.). Na tento účel nie je možné použiť Acrobat Reader. Ak bude PDF súbor vytvorený z papierovej verzie dokumentu skenovaním, musí byť prevedený na strojovo čitateľný tvar použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do textovej (OCR softvér, napr. ABBYY FineReader a pod.). Dokumenty sa predkladajú v strojovo čitateľnom tvare z dôvodu umožnenia fulltextového vyhľadávania v súlade s § 18 písm. d) výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

20.6. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so ZOVO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien, a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

20.7. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

- 20.8. V prípade, že uchádzač nepredloží ponuku podľa vyššie uvedených pokynov alebo nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe výzvy obstarávateľa, môže byť z verejného obstarávania vylúčený.

21. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

- 21.1. Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač odvolať svoju ponuku resp. časť svojej ponuky, alebo meniť svoju ponuku resp. časť svojej ponuky.

Časť V.

OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK

22 OTVÁRANIE PONÚK

- 22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **28. 03. 2023 o 11.00 hod.** miestneho času na adrese: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca a pre uchádzačov, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk, je neverejné.
- 22.2 Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO sa uskutoční podľa § 52 ods. 5 ZOVO.
- 22.3 Body 22.1 až 22.3 sa vzťahujú aj na otváranie obálok s bankovou zárukou a s dokladom o poistení záruky.

23 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

- 23.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponuky, sú dôverné. Členovia komisie na posúdenie a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani záujemcom, ani žiadnym iným osobám.
- 23.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
- 23.3 Ponuky uchádzačov a ich jednotlivé časti, ktoré nebudú uchádzačom označené ako „Dôverné“ podľa § 22 ZOVO, verejný obstarávateľ zverejní podľa § 64 ods. 1 ZOVO v profile verejného obstarávateľa bezodkladne po uzavretí zmluvy.
- 23.4 **Uchádzač zabezpečí** písomné súhlasy so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania za všetky dotknuté osoby (fyzické osoby) podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa vzoru v **Prílohe „B“** týchto súťažných podkladov.

24 PRESKÚMANIE PONÚK

- 24.1 Po sprístupnení elektronickej ponuky komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení ponuky, podaní vysvetlení, doplnení ponuky a vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
- 24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené.

- 24.3 Komisia pri posudzovaní a hodnotení splnenia podmienok účasti postupuje podľa § 40 ZOVO a v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi a vylúči uchádzača, ak nastanú okolnosti podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 ZOVO alebo podľa § 49 ods. 4 ZOVO. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZOVO.
- 24.4 Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom IS EVO požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti podľa § 40 ods. 4 ZOVO.
- 24.5 Uchádzač je povinný doručiť písomné odpovede k otázkam smerujúcim k vysvetleniu podmienok účasti do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 24.6 Verejný obstarávateľ v prípade dôvodných pochybností o splnení podmienky účasti aj v prípade predloženia JED – u, požiada podľa § 39 ods. 6 ZOVO uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie JED – u.
- 24.7 V prípade vylúčenia z procesu verejného obstarávania bude uchádzačovi písomne oznámené vylúčenie prostredníctvom IS EVO s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ZOVO.
- 24.8 Po ukončení procesu vyhodnotenia podmienok účasti, pristúpi komisia verejného obstarávateľa k hodnoteniu ponúk podľa § 53 ods. 1 ZOVO. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len tie ponuky, ktoré boli predložené v lehote na predkladanie ponúk a ktoré neboli vylúčené.

25 OPRAVA CHÝB

- 25.1 Ak budú identifikované nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, verejný obstarávateľ písomne požiada podľa § 53 ZOVO o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nesmie dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

26 VYSVETĽOVANIE PONÚK

- 26.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie ponuky a vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 2 a/alebo 3 ZOVO v IS EVO. Nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
- 26.2 Uchádzač je povinný doručiť písomné odpovede k otázkam smerujúcim k vysvetleniu ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti cez IS EVO a svoje písomné odpovede k otázkam smerujúcim k vysvetleniu mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti cez IS EVO, ak nebola určená dlhšia lehota.
- 26.3 Vylúčenie uchádzača alebo ponuky:
- a) verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania z dôvodov uvedených v § 40 ods. 6 a v § 49 ods. 4 a ods. 6 ZOVO,
 - b) verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača z dôvodov uvedených v § 53 ods. 5 ZOVO,
 - c) verejný obstarávateľ oznámi uchádzačovi prostredníctvom IS EVO vylúčenie z verejného obstarávania alebo vylúčenie jeho ponuky vrátane uvedenia dôvodu vylúčenia a lehoty na doručenie námietky v súlade s § 170 ZOVO.

27 MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK

27.1. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v mene EUR bez DPH.

28 VYHODNOCOVANIE PONÚK

28.1. Komisia vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené podľa kritérií a spôsobom uvedeným v časti A.3 týchto súťažných podkladov a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZOVO.

28.2. **Elektronická aukcia sa bude uplatňovať.**

Časť VI.

PRIJATIE PONUKY

29 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

29.1 Podľa § 54 ods. 6 ZOVO pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám. Verejný obstarávateľ je povinný pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti a posúdiť neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 ZOVO a ak je to potrebné, postupuje podľa § 39 ods. 6 ZOVO.

29.2 Po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 2 ZOVO bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä údaje podľa § 55 ods. 2 písm. a), b), c) a d) ZOVO. ZOVO. Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk súčasne všetkým uchádzačom.

30 UZATVORENIE ZMLUVY

30.1 Ak verejný obstarávateľ nevyužije podľa § 56 ods. 8 ZOVO právo pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny, uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom na predmet zákazky.

30.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 56 ZOVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 6 ZOVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZOVO.

30.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa § 56 ods. 8 ZOVO.

30.4 Podľa § 11 ZOVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s
a) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,

c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je vymedzený verejný funkcionár uvedený v § 11 ods. 1 písm. c) ZOVO,

d) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZOVO.

31. DÔVODY NA ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

31.1. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 ZOVO.

31.2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 ZOVO.

31.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 ZOVO.

32. ŽIADOSŤ O NÁPRAVU

32.1 Osoby uvedené v § 164 ZOVO môžu podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

32.2 Žiadosť o nápravu doručí uchádzač elektronicky v IS EVO.

32.3 Okruh dôvodov pre podanie žiadosti o nápravu, lehoty, v ktorých sa má žiadosť o nápravu doručiť, obsah písomnej žiadosti, doplnenie žiadosti o nápravu a lehoty na doručenie oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti upravuje § 164 ZOVO.

32.4 Ak uchádzač neuplatní žiadosť o nápravu v zákonom ustanovenej lehote, žiadosť o nápravu sa zamietne.

33. KONANIE O NÁMIETKACH

33.1 Na konanie o námietkach sa vzťahujú §§ 170 – 173 ZOVO.

33.2 Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Podľa § 170 ods. 2 ZOVO táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) až g) ZOVO a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa ods. 1 písm. e) ZOVO. Námietky záujemca/uchádzača podá elektronicky v IS EVO.

34. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

34.1 Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti predložením dokladov resp. dokumentov na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov. Uchádzači pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu v súlade s § 39 ZOVO využiť JED. Uchádzači môžu pri preukázaní splnenia podmienok účasti využiť aj kombináciu týchto možností.

34.2 Uchádzač predkladá JED osobitne za nasledovné subjekty:

- za seba (uchádzača),
- za každého člena skupiny dodávateľov (osobitne),

- za inú osobu, ktorej technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.
- 34.3. Ak sa zúčastňuje/ú na postupe verejného obstarávania skupina/y hospodárskych subjektov – skupina/y dodávateľov spoločne, musí sa predložiť samostatný JED pre verejné obstarávanie s informáciami požadovanými (v Častiach II. až IV.) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.
- 34.4. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED – u uviesť tzv. „**globálny údaj pre všetky podmienky účasti**“, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Splňa požadované podmienky účasti → **Áno**".
- 34.5. Po predložení JED - u môže verejný obstarávateľ podľa § 39 ods. 6 ZOVO kedykoľvek v priebehu postupu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie všetkých alebo niektorých podporných dokumentov na preukázanie skutočnosti uvedené v JED - e nevyhnutné na zabezpečenie riadneho vykonania postupu verejného obstarávania v prípade vzniknutých pochybností. Podľa ustanovenia § 39 ods. 7 ZOVO je verejný obstarávateľ povinný získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39 ods. 4 ZOVO napr. zoznam hospodárskych subjektov (predošlý zoznam podnikateľov) podľa § 152 ZOVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
- 34.6 Podľa § 40 ods. 8 ZOVO môže uchádzač preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak u neho existuje dôvod na vylúčenie: nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g), h) ZOVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 ZOVO. V prípade, ak takéto dôvody na vylúčenie u uchádzača existujú, uvedie ich v Časti III. oddiel A, C, D v JED - e vždy spolu s konkrétnymi prijatými opatreniami, ktoré vykonal na ich nápravu.
- 34.7 V prípade využitia § 39 ZOVO môže verejný obstarávateľ uchádzača požiadať o predloženie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 39 ods. 6 ZOVO v prípade vzniknutých pochybností. Tieto doklady predloží elektronicky v IS EVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doručenie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu ako skenované originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je stanovené inak. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenie za účelom splnenia podmienky.
- 34.8 Verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom IS EVO požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených odkladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti podľa § 40 ods. 4 ZOVO. Podľa § 40 ods. 4 písm. b) ZOVO je uchádzač povinný doručiť príslušné doklady verejnému obstarávateľovi do **2** (dvoch) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 34.9 Podľa § 54 ods. 6 ZOVO pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám. Verejný obstarávateľ je povinný pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti a posúdiť neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 ZOVO a ak je to potrebné, postupuje podľa § 39 ods. 6 ZOVO.

UPOZORNENIE:

Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami ZOVO.

A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

A.2.1 Osobné postavenie

Uchádzač a iná osoba, ktorej technické odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 3 ZOVO, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZOVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZOVO alebo § 152 ZOVO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť **zápis do zoznamu hospodárskych subjektov** podľa § 152 a nasl. ustanovení ZOVO.

V prípade, **ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZOVO**, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZOVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Podľa § 32 ods. 3 ZOVO uchádzač **nie je** povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:

a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov;

(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov **právnickej osoby** – t. j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)

(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov **fyzickej osoby** – vid' vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (**Príloha „K“** - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov) všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)

b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne;

c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu;

e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač **predkladá** podľa § 32 ods. 1 a 2 ZOVO doklady uvedené v písmene f):

f) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

a **Prílohu „K“** - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.

UPOZORNENIE:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZOVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZOVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do IS EVO v .pdf skenovanej forme originálov alebo

úradne osvedčených kópií. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.

A.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Nevyžaduje sa.

A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť

Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) .

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZOVO minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorým preukáže:

Pre časť 1: Uskutočnenie minimálnej jednej zákazky rovnakej alebo typovo podobnej ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 30 000,00 v EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZOVO.

Minimálne 1 zákazka – dodávka tovaru v minimálnej hodnote 30 000,00 EUR bez DPH.

Pre časť 3: Uskutočnenie minimálnej jednej zákazky rovnakej alebo typovo podobnej ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 40 000,00 v EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZOVO.

Minimálne 1 zákazka – dodávka tovaru v minimálnej hodnote 40 000,00 EUR bez DPH.

Pre časť 5: Uskutočnenie minimálnej jednej zákazky rovnakej alebo typovo podobnej ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 80 000,00 v EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZOVO.

Minimálne 1 zákazka – dodávka tovaru v minimálnej hodnote 80 000,00 EUR bez DPH.

UPOZORNENIE:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 ZOVO. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady na preukázanie splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicke do IS EVO v pdf skenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.

A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

A.3.1 Kritériá

Kritérium: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR bez DPH za predmet zákazky

A.3.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu v každej časti predmetu zákazky v EUR bez DPH.

A.3.3 Všeobecné zásady postupu komisie pri hodnotení ponúk

Podľa § 54 ods. 6 ZOVO pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám. Verejný obstarávateľ je povinný pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti a posúdiť neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 ZOVO a ak je to potrebné, postupuje podľa § 39 ods. 6 ZOVO.

Verejný obstarávateľ postupuje pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZOVO a pri vyhodnotení ponúk podľa kritéria podľa § 44 ZOVO uvedeného v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky postupuje pri vyhodnocovaní ponúk jednotlivých uchádzačov samostatne podľa uvedeného spôsobu vyhodnocovania. Komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk.

Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zrealizuje elektronickú aukciu podľa § 54 ZOVO

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH za predmet zákazky a splní podmienky účasti a požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na predmet zákazky a náležitosti ponuky. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

Pri uzavretí zmluvy verejný obstarávateľ postupuje podľa § 54 ods. 13 ZOVO a § 56 ZOVO.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.1.1 Podrobný opis predmetu zákazky

Časť 1: Anestéziologický prístroj

Predmet zákazky musí byť nový/nepoužívaný/nerepasovaný. V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.

| P. č. | Popis a typ | m. j. | Počet m. j. |
|-------|---------------------------|-------|-------------|
| 1. | Anestéziologický prístroj | ks | 1 |

Predmet zákazky: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb

Oba hlavné komponenty anestéziologického prístroja (anestéziologický prístroj aj monitor) musia byť od produktom rovnakého výrobcu uvedenom na výrobnom štítku na každom z nich. Oba systémy na podávanie anestézie aj monitorovanie musia mať Európske označenie CE.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodávka zariadení na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkané zariadenia.

Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:

| P. č. | <u>Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb</u> | <u>Požadovaný parameter</u> | <u>Splnenie podmienky konkrétneho parametra</u> |
|------------------------|---|-----------------------------|---|
| <u>Typ zariadenia:</u> | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <u>Výrobca:</u> | | | |
| <u>Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná</u> | | <u>áno</u> | |
| 1 | <u>Technické vlastnosti:</u> | | |
| <u>1.1</u> | <u>Anestéziologický prístroj s uzavretým resp. polouzavretým systémom dýchacieho okruhu, so zaradeným odparovačom anestetika a absorbérom CO₂, prístroj schopný vedenia automatickej anestézie a presného dávkovania koncentrácie zložiek plynov v čerstvej zmesi podľa užívateľom nastavených cieľových koncentracii zložiek plynov v dychovej zmesi a podľa ich spotreby pacientom.</u> | <u>áno</u> | |
| <u>1.2</u> | <u>Elektronický zmiešavač čerstvej zmesi s nastavením zložiek zmesi podľa nastavenej koncentrácie O₂, presne dávkujúci plyny aj pri nízkych prietokoch s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi.</u> | <u>áno</u> | |
| <u>1.3</u> | <u>Prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou</u> | <u>min. 35cm</u> | |
| <u>1.4</u> | <u>Elektrické napájanie 230 V, 50 Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou v prípade výpadku minimálne 30 min</u> | <u>áno</u> | |
| <u>1.5</u> | <u>Nastaviteľná frekvencia dýchania</u> | <u>v rozsahu 4-100 (počet dychov)</u> | |
| <u>1.6</u> | <u>Nastaviteľný PEEP</u> | <u>v min. rozsahu 4-25 cmH₂O</u> | |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------------|--|--|
| <u>1.7</u> | <u>Dosiahnuteľný dychový objem</u> | <u>v rozsahu 20-1500 ml</u> | | |
| <u>1.8</u> | <u>Nastavenie pomeru dôb dýchania</u> | <u>I:E 2:1 až 1:4</u> | | |
| <u>1.9</u> | <u>Nastaviteľný inspiračný čas</u> | <u>od 0,2 do 5s</u> | | |
| <u>1.10</u> | <u>Nastaviteľná inspiračná pauza</u> | <u>0; 5-60 %</u> | | |
| <u>1.11</u> | <u>Nastaviteľný prietokový trigger v rozsahu:</u> | <u>0,2-10 l/min</u> | | |
| <u>1.12</u> | <u>Modulárny monitor vitálnych funkcií s farebným displejom a s uhlopriečkou</u> | <u>min. 35 cm</u> | | |
| <u>1.13</u> | <u>Súčasné zobrazenie kriviek</u> | <u>min. 8</u> | | |
| <u>1.14</u> | <u>Grafické a numerické trendy všetkých parametrov</u> | <u>min. 24 hodín</u> | | |
| <u>1.15</u> | <u>Napájanie stlačeným plynom O₂ (kyslík), N₂O (oxid dusný), vzduch z centrálnych rozvodov a tlakových fliaš</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>1.16</u> | <u>Dodatočný regulovateľný vývod kyslíka na nosné okuliare alebo masku</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>1.17</u> | <u>systém eliminujúci kondenzáciu vody v patientskom okruhu a hadiciach.</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>1.18</u> | <u>Zobrazenie spotreby plynov použitých pri operačnom výkone na obrazovke anestéziologického prístroja</u> | <u>áno</u> | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----|--|--|
| 1.19 | <u>Elektronicky riadený odparovač anestetika so zobrazením nastavenej podávanej koncentrácie AA pacientovi na obrazovke anesteziologického prístroja s elektronickou indikáciou stavu náplne AA . Odparovač anestetika sevoran súčasť dodávky</u> | áno | | |
| 1.20 | <u>Anesteziologický okruh s absorbérom CO2, vymeniteľným počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti s oznamom o práci bez absorbéra na obrazovke prístroja . Absorbér CO2 dostupný v opakovateľnom prevedení a aj ako jednorazové predplnené kazety</u> | áno | | |
| 1.21 | <u>Anesteziologický okruh vrátane častí ventilátora, ktoré prichádzajú do styku s dýchacou zmesou, musia byť autoklárovateľné (sterilizovateľné parou) a rozoberateľné bez použitia špeciálnych nástrojov.</u> | áno | | |
| 1.22 | <u>Režimy: objemová ventilácia, tlaková ventilácia, PSV, SIMV, manuálna a spontánna ventilácia</u> | áno | | |
| 1.23 | <u>Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest</u> | áno | | |
| 1.24 | <u>Regulovateľné osvetlenie bodov anesteziologického prístroja</u> | áno | | |
| 1.25 | <u>Regulovateľné osvetlenie bodov anesteziologického prístroja</u> | áno | | |
| 1.26 | <u>Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do prevádzky : 10 ks dospelých dýchacích okruhov</u> áno | áno | | |
| 2 | | | | |
| <u>Typ zariadenia:</u> | | | | |
| <u>Výrobca:</u> | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|--|--|
| | <u>Monitor musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>2.1</u> | <u>Prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou</u> | <u>Minimálne 35 cm</u> | | |
| <u>2.2</u> | <u>Monitor s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly a ktorý umožňuje použitie modulov už používaných v nemocnici zo staršej inštalovanej bázy monitorov na operačných sálach</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3</u> | | | | |
| <u>3.1</u> | <u>EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.2</u> | <u>Rozsah merania respirácie:</u> | <u>4-120 dychov za minútu</u> | | |
| <u>3.3</u> | <u>SPO2: meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.4</u> | <u>Meranie neinvazívneho tlaku krvi - manuálny a automatický režim</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.5</u> | <u>Meranie neinvazívneho tlaku krvi - manuálny a automatický režim</u> | <u>áno</u> <u>áno</u> | | |
| <u>3.6</u> | <u>IBP tlaky: Meranie tlakov - arteriálny tlak, centrálny venózný tlak, tlak v pľúcnicí, ICP: systolický, diastolický a stredný</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.7</u> | <u>Merania SPV (systolic pressure variaton) a PPV(pulse pressure variation)</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.8</u> | <u>Teplota</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.9</u> | <u>Vdychované a vydychované koncentrácie CO2</u> | <u>áno</u> | | |

| | | | | |
|-------------|--|------------|--|--|
| <u>3.10</u> | <u>Vdychované a vydychované koncentrácie kyslíka, rozdiel vdychovanej mínus vydychovanej koncentrácie</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.11</u> | <u>Vdychované a vydychované koncentrácie N2O</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.12</u> | <u>Vdychované a vydychované koncentrácie použitého anestetika s automatickou detekciou</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.13</u> | <u>MAC, MACage, BAL balančný plyn zobrazený ako % plynu dýchacej zmesi, ktoré monitor nemeria (indikuje množstvo dusíka v dychovej zmesi)</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.14</u> | <u>Monitoring ventilačných parametrov: Vt insp/ exp, MV insp/ esp, PEEP, Ppeak, Pplat, Compliance, Rezistance, slučky pľúcnej mechaniky (tlak objem, prietok objemu)</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.15</u> | <u>Modul pre meranie stavu mozgu počas anestézie (BIS alebo entropia)</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.16</u> | <u>Modul na meranie hladiny neuromuskulárneho bloku: bežné módy stimulácie: TOF - train of four, jediný výboj (twitch) (ST), stimulácia dvojitém výbojom (DBS) a stimulácia nervosvalovým liekom</u> | <u>áno</u> | | |
| <u>3.17</u> | <u>Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do prevádzky: dýchacie okruhy, EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívneho tlaku 2ks, teplotná sonda 1ks, spotrebný materiál na meranie koncentrácií plynov v dýchacej zmesi, spotrebný materiál na meranie hĺbky anestézie a stupňa relaxácie</u> | <u>áno</u> | | |

| | | | | |
|----------|---|--|---|--|
| 3.18 | <u>Anestéziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť s anestéziologickými prístrojmi a monitormi používanými u verejného obstarávateľa (zn. GE Healthcare) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti v prípade potreby vzájomnej výmeny príslušenstva, odparovačov inhalačných anestetík, káblov k monitorovacej technike.</u> | áno | - | |
| 4 | | | | |
| 4.1 | <u>Doba autorizovanej servisnej podpory</u> | <u>min. 24 mesiacov</u> | | |
| 4.2 | <u>Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom</u> | áno | | |
| 4.3 | <u>Doba odozvy od nahlásenia poruchy</u> | <u>max. do 24hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní</u> | | |
| 4.4 | <u>Nástup servisného technika na opravu na mieste</u> | <u>max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní</u> | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 4.5 | <u>Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov</u> | <u>max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu</u> | |
| 4.6 | <u>Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov</u> | <u>max do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu</u> | |
| 4.7 | <u>Poskytnutie náhradného zariadenia, ktoré bude spĺňať technickú špecifikáciu na predmet zákazky a to v prípade, ak servis bude trvať dlhšie ako 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu</u> | <u>Áno</u> | |

Časť 2: CTG 5 ks

Predmet zákazky musí byť nový/nepoužívaný/nerepasovaný. V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.

| P. č. | Popis a typ | m. j. | Počet m. j. |
|-------|---------------------------------------|-------|-------------|
| 1. | CTG na jeden plod + vozík | ks | 4 |
| 2. | Telemetrické CTG na dva plody + vozík | ks | 1 |

| | |
|---|--|
| 1. | Špecifikácia CTG na jeden plod 4ks + vozík 4ks |
| <u>Minimálne technické požiadavky:</u> Numerický a grafický displej so simultánnym zobrazovaním kriviek a číslíc, veľmi jednoduché ovládanie, vstavaná tlačiareň, možnosť práce v sieti cez WiFi a LAN, | |

| | |
|---|--|
| možnosť prepojenia s PC a následné práce s dátami, USB port pre zvýšenie kapacity pamäte, menu v SK / CZ jazyku, možnosť pracovať na batérie s min. dobou prevádzky 4 hod, FHR sonda s min. počtom kryštálov 9. Merané parametre: FHR, TOCO, AFM, pohyb plodu Možnosť rozšírenia: DECG a IUP Displej: min. 5,6" LCD, sklopný Papier: 152 mm termocitlivý Rýchlosť tlače: 1, 2, 3 cm/min alebo 15 mm/s pre archívne dáta Pamäť: min. 12 hodín Hmotnosť: max 3 kg <u>Mobilný vozík pre CTG:</u> min. 4 kolieska, min. 1 odkladací košík, CTG prístroj sa pevne prichytí na mobilný vozík. | |
| 2. | Špecifikácia telemetrického CTG na dva plody 1ks + vozík 1ks |
| <u>Minimálne technické požiadavky:</u> Veľký numerický a grafický displej so simultánnym zobrazovaním kriviek a číslíc, veľmi jednoduché ovládanie, vstavaná tlačiareň, možnosť práce v sieti cez WiFi a LAN, možnosť prepojenia s PC a následné práce s dátami, USB port pre zvýšenie kapacity pamäte, menu v SK / CZ jazyku, možnosť pracovať na batérie s min. dobou prevádzky 4 hod. FHR sondy s min. počtom kryštálov 12, FHR sondy a TOCO sonda s bezdrôtovým prenosom do CTG prístroja, Možnosť rozšírenia a meranie FHR troch plodov. Merané parametre: 2xFHR, TOCO, AFM, pohyb plodu Možnosť rozšírenia: DECG a IUP Dotykový displej: min. 15,9" LCD, sklopný Papier: 152 mm termocitlivý Rýchlosť tlače: 1, 2, 3 cm/min alebo 15 mm/s pre archívne dáta Pamäť: min. 12 hodín Hmotnosť: max 4,5 kg <u>Mobilný vozík pre CTG:</u> min. 4 kolieska, min. 1 odkladací košík, CTG prístroj sa pevne prichytí na mobilný vozík. | |

Časť 3: USG prístroj

Predmet zákazky musí byť nový/nepoužívaný/nerepasovaný. V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam

(kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.

| P. č. | Popis a typ | m. j. | Počet m. j. |
|-------|--------------|-------|-------------|
| 1. | USG prístroj | ks | 1 |

| | | |
|----|--------------|--|
| 1. | USG prístroj | |
|----|--------------|--|

Minimálne technické požiadavky:

Širokouhlý LCD monitor s pomerom strán 16:9, uhlopriečka min. 23" s rozlíšením FULL HD, otočný,
jednoduché ovládanie - min. 14" farebný dotykový panel s nastavením sklonu,
editovateľné menu dotykovej obrazovky na ovládanie a meranie,
digitálne nastavenia TGC na dotykovom paneli s možnosťou uloženia do užívateľskej predvoľby, nie mechanické posuvníky,
výsuvná textová klávesnica umiestnená pod ovládacím panelom,
ovládanie trackballom,
automatické zmrazenie obrazu (sondy) po nastavenom čase,
frekvenčný rozsah zariadenia min. 1-22MHz,
nastaviteľná výška ovládacieho panela,
minimálne 3 aktívne vstupy pre 2D/4D sondy s možnosťou rozšírenia na 4,
integrovateľný priestor pre periférne zariadenia,
možnosť rozšírenia o integrovaný gélový ohrievač,
možnosť rozšírenia o prevádzku na batériu minimálne 40 min.

Zobrazovacie módy

B-mód v základných frekvenciách,
THI - harmonické zobrazovanie,
hybridné harmonické zobrazovanie - snímanie na základných a harmonických frekvenciách,
duplexné a triplexné a pseudotriplexné zobrazovanie,
automatická optimalizácia obrazu,
fokus 1-4 fokálne zóny, nastaviteľné vo viacerých polohách alebo automatické zaostrovanie celej hĺbky obrazu,
možnosť upraviť parametre obrazu aj na zmrazenom obraze,
Spektrálny Doppler – PW,
kontinuálny spektrálny Doppler - CW (možnosť rozšírenia),
farebné dopplerovské zobrazovanie (CFM) vrátane zobrazovania energie krvného toku powerdoppler, angiodoppler),
farebné dopplerovské mapovanie so zvýšenou citlivosťou,
možnosť rozšírenia o farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom,
možnosť rozšírenia o nedopplerovské zobrazovanie pomalých tokov,
možnosť rozšírenia o 3D/4D zobrazovanie - automatické statické 3D, 4D zobrazovanie, multiplanárne zobrazovanie, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D real-time mod, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazovanie,
manuálne naklápanie 2D skenovacej časti v 2D režime na všetkých 4D sondách,
modul na potlačenie ultrazvukových škvrn v B-obraze a B-obraze s farebným dopplerom,
modul na porovnávacie (uhlové) zobrazovanie v obraze B a v obraze B s farebným Dopplerom,

SW na zvýraznenie ihly pri zákrokoch pod ultrazvukovou kontrolou.

SW výbava

Automatické meranie parametrov Dopplerovho spektra,
program na základnú volumetriu,
merania vo viacrovinných pohľadoch,
výpočet objemov z viacerých rovín,
vysokocitlivý ZOOM v živom náhlade, plynulá zmena polohy vybranej časti (HD zoom),
automatické zväčšenie meracieho bodu vo forme lupy,
SW vybavenie na vykonávanie meraní používaných pri sonografii v rádiodiagnostike.
Možnosť pridania modulu na zobrazenie a vyhodnotenie elasticity skúmanej oblasti metódou
smykovej vlny - shearwave elastography, s týmito možnosťami:

- meranie a vyhodnocovanie pružnosti v kPa, rýchlosti v m/s a grafický režim zobrazenia
- možnosť definovať veľkosť sledovanej oblasti v tkanive
- farebné mapovanie elasticity v sledovanom úseku v reálnom čase počas skenovania
- nastavenie farebnej stupnice v jednotkách kPa a cm/s
- sledovanie a kontrola kvality shearwave signálu vo vyšetrovanej oblasti
- kvantifikácia pružnosti v kPa a cm/s

Možnosť rozšírenia o softvér pre MRI-UZ fúziu pre konvexnú sondu,
možnosť rozšírenia o softvér na kontrastné vyšetrenie vrátane časovej analýzy – CEU,
možnosť rozšírenia o kompresnú elastografiu,
možnosť rozšírenia o softvér na automatickú online lokalizáciu nervových zväzkov v obraze.

Archivovanie a komunikácia

Pamäťová slučka na nahrávanie a ukladanie obrázkov a videosekvencií,
zariadenie musí vytvárať vlastnú databázu údajov o pacientoch a snímkach na internom HDD s
kapacitou najmenej 500 GB,
vyhľadávanie údajov o pacientoch podľa pacienta, diagnózy alebo typu vyšetrenia.
Jednoduché zobrazenie obrazovej dokumentácie vrátane prístupu k predchádzajúcim
meraniam s možnosťou opakovaných meraní (prepočtu) vrátane dopplerovských priebehov,
min. 2 ľahko prístupné porty USB na pripojenie pamäťových zariadení typu flash,
komunikačný modul DICOM na pripojenie prístroja k archívnemu systému PACS pre všetky
kategórie (vrátane pracovného zoznamu) Vráťane pripojenia k PACS a nemocničnému NIS.
Možnosť pridať realtime streamovanie UZ obrazu do iného zariadenia cez webové rozhranie
výstup na externý digitálny monitor.

Sondy

2D lineárna sonda s frekvenčným rozsahom min. 4-14 MHz, šírka min. 50 mm,
2D lineárna sonda na vyšetrenie ciev s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, šírka max. 45
mm,
2D konvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz.

Osobitné požiadavky na predmet plnenia

Dodanie do 12 týždňov od uzatvorenia KZ,
vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia personálu,
záruka 24 mesiacov,
nový, nepoužitý a nerepasovaný prístroj,
servis dostupný do 48 hodín,
ŠÚKL kód (obstarávateľ bude akceptovať aj podanú žiadosť),
dodanie vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie personálu a spustenia do
prevádzky,
autorizácia servisného technika na opravy zariadenia výrobcom.

Časť 4: Monitory vitálnych funkcií 10 ks

Predmet zákazky musí byť nový/nepoužívaný/nerepasovaný. V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.

| P. č. | Popis a typ | m. j. | Počet m. j. |
|-------|----------------------------|-------|-------------|
| 1. | Monitory vitálnych funkcií | ks | 10 |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1. | Monitory vitálnych funkcií 10 ks | |
| <u>Minimálne technické požiadavky:</u> Veľkosť obrazovky patientskeho monitora minimálne 10“, prevádzka na batérie minim. 2 hod., monitorované parametre : EKG 3 a 5 zvodové, zobrazenie EKG krivky, meranie TK kontinuálne meranie počas doby aspoň 5 min., pulzná oxymetria: meranie hodnoty saturácie, teplota : meranie teploty, 10 kusov patientskych monitorov. Zariadenie nové, nepoužívané/nerepasované s príslušenstvom plne vybavené (EKG zvody, SpO2 kábel a pod.) servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy, záruka 24 mesiacov, certifikát o zhode. | | |

Časť 5: Pojazdné RTG

Predmet zákazky musí byť nový/nepoužívaný/nerepasovaný. V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.

| P. č. | Popis a typ | m. j. | Počet m. j. |
|-------|--------------|-------|-------------|
| 1. | Pojazdné RTG | ks | 1 |

| | | |
|--|---|------------------------|
| 1. | Pojazdné RTG | |
| Minimálne technické požiadavky: | | |
| Por. | Technické parametre pre panel detektora | |
| 1 | Typ prístroja | pojazdny |
| 2 | Typ detektoru | digitálny flat panel |
| 3 | Počet detektorov | min. 1 |
| 4 | Veľkosť internej pamäti detektora | min. 99 |
| 5 | Vodotesnosť detektora | min. IPx6 |
| 6 | Technológia scintilátora detektora | CsI |
| 7 | Pripojenie detektora | WiFi |
| 8 | Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) | min.35 cm x 42 cm |
| 9 | Celkový rozmer detektora | 38,4 cm x 46 cm |
| 10 | Hrúbka detektora | max. 15mm |
| 11 | Zaťažiteľnosť celej plochy detektora/bodová zaťažiteľnosť (ø 4cm) | min. 300/150 kg |
| 12 | Rozlíšenie – veľkosť bodu | max. 150 um |
| 13 | Rozlíšenie – hĺbka šedi | min. 16bit |
| 14 | Čas zobrazenia snímky po expozícii | max 10 s |
| | Technické parametre pre generátor | |
| 15 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch min. | 40 - 100 kV |
| 16 | Rozsah nastavenia mAs min. | 0,25-25 |
| 17 | Automaticky kontrolované parametre podľa expozičného anatomického menu | áno |
| 18 | Manuálny výber všetkých parametrov | áno |
| | Technické parametre pre RTG lampu | |
| 19 | Veľkosť malého ohniska (v prípade dvoj ohniskového žiariča) | max.0,6 mm |
| 20 | Veľkosť veľkého ohniska (v prípade dvoj ohniskového žiariča) | max. 1,2 mm |
| 21 | Veľkosť ohniska (v prípade jedno ohniskového žiariča) | max. 1,2 mm |
| 22 | Tepelná kapacita anódy | 50 kHU |
| 23 | Rtg. žiarič s jedným alebo dvomi ohniskami | áno |
| 24 | Laterálna rotácia RTG lampy | min. +-160° |
| | Integrovaná akvizičná stanica | |
| 25 | Veľkosť dotykového displeja | min.12 inch,1024 x 768 |
| 26 | Dotykový displej | áno |
| 27 | Akvizičná stanica integrovaná v tele prístroja | áno |
| 28 | DICOM kompatibilita min. SEND (posielanie na PACS) a WORKLIST | áno |
| 29 | Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno |
| 30 | Automaticky vypočítané DAP hodnoty uložené v DICOM Tag-u alebo DAP meter s ukladaním nameranej hodnoty do príslušného DICOM Tag-u | áno |
| 31 | Interná pamäť (v DICOM formáte) | min. 3000 snímok |
| 32 | Spracovanie obrazu musí poskytovať minimálne tieto funkcie: otáčanie obrazu, zväčšovanie obrazu, zmena sýtosti obrazu, označovanie strán, písanie poznámok, zrkadľovanie obrazu vertikálne a horizontálne | áno |
| | Technické parametre pre ostatné | |

| | | | |
|----|---|-----------------|--|
| 33 | Automatické nabíjanie akumulátora detektoru v odkladacom priestore RTG prístroja a nabíjačka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno | |
| 34 | Výdrž práce nového rtg prístroja na jednej batérii pri snímkovaní min. 20 snímok za hodinu | min 10 hod | |
| 35 | Výdrž práce nového detektora na jednej batérii pri kontinuálnej prevádzke | min. 200 snímok | |
| 36 | Automatické rozpoznávanie dopadajúceho žiarenia (pri prechode fotónu rtg žiarenia detektorom sa automaticky spustí) | áno | |
| 37 | Možnosť prenosu detektora užívateľom k pojazdnému/prenosnému RTG prístroju a jeho použitie bez nutnosti pripojenia ku generátoru. | áno | |
| 38 | Veľkosť dávky | ALARA | |
| 39 | Hmotnosť celého prístroja vrátane detektora | do 100 kg | |
| 40 | Rozmery prístroja v prepravnom režime - výška x šírka | max. 150 x 65 | |
| 41 | Kolimačné svetlo s maximálnym poľom žiarenia pri SID 1m | min. 47x47cm | |
| 42 | Virtuálna mriežka pre zníženie radiačnej záťaže a zvýšenie kvality zobrazenia (odstránenie sekundárneho žiarenia) | áno | |
| 43 | Voľný pohyb prístrojom na kolečkách v štyroch smeroch (do bokov aj dopredu a dozadu) a taktiež otáčať na mieste | áno | |
| 44 | Povrch prístroja a detektora vyrobený z antibakteriálnych materiálov podľa SIAA ISO22196 for KOHKIN alebo ekvivalentnej normy | áno | |
| 45 | Snímkovanie bez pripojenia do el.siete (na batériu) | áno | |
| 46 | Napájanie prístroja | 240 V / 10A | |
| 47 | Užívateľom vyberateľná batéria detektora | áno | |
| 48 | Batérie pre RTG detektor | min. 1 | |
| | Technológia umelej inteligencie pre rozpoznávanie príznakov ochorenia COVID19 | | |
| 49 | funkcia rozpoznávania príznakov v pľúcach pacienta - farebné vyznačenie v obraze | áno | |
| 50 | zasielanie originálneho aj označeného obrazu do PACS | áno | |
| 51 | Rozpoznávanie min. týchto príznakov: Pleurálny výpotok, noduly, fibróza, atelektáza, pneumothorax, kalcifikáty, kardiomegália ... | áno | |
| 52 | Technológia integrovaná v prístroji (nie externý prístroj) | áno | |
| | Osobitné požiadavky | | |
| 53 | Zariadenie nové nepoužívané/nerepasované na medicínske účely | áno | |
| 54 | Doprava, inštalácia a zaškolenie obsluhy a mieste plnenia | áno | |
| 55 | Záručná doba minimálne 24 mesiacov | áno | |
| 56 | Vyhlásenie o zhode | áno | |
| 57 | Autorizácia servisného technika výrobcom | áno | |

Časť 6: Digitálny systém na hrudnú drenáž

Predmet zákazky musí byť nový/nepoužívaný/nerepasovaný. V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení, verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZOVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam

(kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.

| P. č. | Popis a typ | m. j. | Počet m. j. |
|-------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 1. | Digitálny systém na hrudnú drenáž | ks | 1 |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Digitálny systém na hrudnú drenáž | |
| <p><u>Minimálne technické požiadavky:</u></p> <p>Prenosný, mobilný, medicínsky, digitálny drenážny systém pre kardio-torakálnu drenáž nezávislý od centrálného rozvodu vaku (podtlaku).</p> <p>Technické parametre a vlastnosti v minimálnom rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podtlak v minimálnom rozsahu: - 1 až -100 cmH₂O, - prietok: maximálne 5 l/min. - hmotnosť prístroja (bez kanistra): maximálne 1 kg, - napájanie z el. siete (adaptér) maximálne 12 V, - napájanie z Li-Ion batérie 12 V, - prevádzka prístroja z batérie minimálne 10 hod. <p>Digitálny drenážny odsávací systém pre kardio-torakálnu drenáž poskytuje presné, objektívne a overiteľné údaje o terapii.</p> <p>Nepretržité 72 hod. monitorovanie podtlaku, prietoku, úniku vzduchu.</p> <p>Nepretržité 72 hod. monitorovanie úniku odsatej tekutiny.</p> <p>Možnosť odčítať objem odsatých tekutín priamo na zbernej nádobe aj na displeji s možnosťou zobrazovania celkovej, 24 hod, 12 hod alebo 1 hod produkcie.</p> <p>Nevyžaduje napĺňanie žiadnou tekutinou pre funkciu kontroly podtlaku.</p> <p>Monitorovanie tlaku - zobrazenie tlaku v jednotkách kPa, cmH₂O, mmHg, mbar.</p> <p>Monitorovanie odsatej tekutiny a automatická detekcia objemu zbernej nádoby a možnosť nulovať čas pre sledovanie vývoja terapie.</p> <p>Farebný LCD displej pre zobrazenie všetkých monitorovaných parametrov, grafov a textovej notifikácie v prípade alarmu.</p> <p>Zobrazenie priebehu terapie v režime čísla a graf pre sledovanie úniku vzduchu a zvlášť pre množstvo odsatých tekutín.</p> <p>Zobrazenie histórie, trendov a alarmov.</p> <p>Priamo zobrazuje monitorované aj nastavené parametre.</p> <p>Bezpečnosť v podobe automatického preplachu vzduchom odsávacieho systému pomocou dvojlumenových hadičkových setov, aby sa zabránilo upchatiu hadíc bez ohrozenia funkcie drenáže.</p> <p>Prístroj kontroluje podtlak v samotnom zariadení i na strane pacienta, voľbou na prístroji možné overiť prisatie alebo iné upchatie hrudného katétra, kontinuálne monitorovanie podtlaku.</p> <p>Akustický a vizuálny alarm s identifikáciou problému a s náповедou na jeho odstránenie</p> <p>Softvér a menu v slovenskom jazyku.</p> <p>Prístroj musí umožniť sprevádzať pacienta počas celej liečby, umožňuje mu pohyb mimo lôžka.</p> <p>Nevyžaduje podtlak z centrálného rozvodu.</p> | | |

B 1.2 Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ uchádzačovi odporúča pozorne preštudovať tieto súťažné podklady a oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, príp. sprievodnú dokumentáciu, aby mohol vypracovať ponuku v súlade so všetkými požiadavkami verejného obstarávateľa.

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

- B.2.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v mene EUR, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- B.2.2 Pokyny na určenie ceny v ponuke:
Ceny budú uvádzané v eurách. Uchádzač je povinný cenu uviesť konečnú vrátane nákladov na dopravu, stroje, nástroje, spotrebný materiál, cestovné náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- B.2.3 Ak uchádzač je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH,
- sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
- navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu stanoví bez DPH a uvedie, že nie je platiteľom DPH.

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- B.3.1 Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy, ktorá tvorí Prílohu „C“ týchto súťažných podkladov, upravuje záväzky zmluvných strán, ktoré nie je prípustné meniť.
- B.3.2 Výsledkom postupu nadlimitnej zákazky bude kúpna zmluva.
- B.3.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísaním štatutármi oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- B.3.4 V prípade, ak návrh zmluvy vypracovaný uchádzačom nebude v súlade s príslušnými požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch, v Prílohe „C“ – Návrhu zmluvy alebo v ponuke uchádzača, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takýto návrh neprijat' a predmet zmluvy nerealizovať.
- B.3.5 V prípade, ak uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný obstarávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti uzavrieť zmluvu podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- B.3.6 Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s § 18 ZOVO.
- B.3.7 Otázky ukončenia zmluvy rieši príslušné ustanovenie návrhu zmluvy, ktorý je prílohou súťažných podkladov.

Príloha „A“ Vyhlásenie uchádzača

k súťažným podkladom na predmet zákazky: **„Modernizácia KNSP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“**

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno IČO:,

zastúpená týmto

čestne vyhlasuje,

že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy;

že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;

že (meno) je oprávnená osoba uchádzača, ktorá je registrovaná v systéme EVO a (e-mail) je kontaktnou e-mailovou adresou na doručovanie a prijímanie dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom;

že súhlasí so zverejnením ponuky v profile verejného obstarávateľa

*a) bez obmedzenia,

*b) s obmedzením: označenie miesta ponuky za dôverné;

že súhlasí s použitím ponuky resp. jej častí verejným obstarávateľom

*a) súhlasím bez obmedzenia,

*b) súhlasím s obmedzením častí:,

*c) nesúhlasím;

že súhlasí s elektronickým verejným obstarávaním v IS EVO na predmet zákazky **„Modernizácia KNSP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“**.

V dňa

.....
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán

meno, podpis

Poznámka: *Uchádzač zreteľne označí uplatnené písmeno, v prípade zverejnenia obsahu ponuky s obmedzením presne označí dôverné miesta svojej ponuky.

Príloha „B“ Súhlas so spracovaním osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Titul:

Meno a priezvisko:

narod.:

Adresa trvalého pobytu:

Dole podpísaná/podpísaný udeľujem týmto súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) ako verejnému obstarávateľovi v rámci zákazky na predmet **„Modernizácia KNSP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“**

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z.

V, dňa

Príloha „C“ Návrh zmluvy (samostatný súbor)

Príloha „D“ Identifikačné údaje uchádzača

Predmet zákazky: „Modernizácia KNsP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCU/UCHÁDZAČA

V súlade s výpisom z Obchodného registra

Názov spoločnosti *)

Sídlo alebo miesto podnikania *)

PSČ *)

Mesto *)

Štát *)

Štatutárny zástupca *)

Titul *)

E-mail *)

Telefón *)

*) vyplniť

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Dátum a miesto:

Poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Príloha „E“ Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov

Predmet zákazky: „Modernizácia KNSP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“

SPLNOMOCNENIE PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu),

meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

...

udeľuje/ú splnomocnenie

splnomocnencovi:

meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní zákazky „**Modernizácia KNSP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia**“, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo vyplývajúcich právnych vzťahov. Zároveň čestne vyhlasujeme, že dodržíme zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu verejného obstarávania.

Za splnomocniteľa 1*: v dňa
podpis splnomocniteľa

Za splnomocniteľa 2*: v dňa
podpis splnomocniteľa

*doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria – časť 1

Predmet zákazky: „Anestéziologický prístroj“

Obchodné meno uchádzača:

Adresa/sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Platca DPH: ÁNO – NIE (nesprávne prečiarknuť)

| P. č. | Popis | m. j. | Počet m. j. | Cena za m. j. bez DPH | Cena za m. j. s DPH | Cena za položku bez DPH | Cena za položku s DPH |
|-------|---------------------------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Anestéziologický prístroj | ks | 1 | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Cena celkom bez DPH | |
| Cena celkom s DPH | |

Cena predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH:

Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V, dňa

.....
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis

Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria – časť 2

Predmet zákazky: „CTG 5 ks“

Obchodné meno uchádzača:

Adresa/sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Platca DPH: ÁNO – NIE (nesprávne prečiarknuť)

| P. č. | Popis | m. j. | Počet m. j. | Cena za m. j. bez DPH | Cena za m. j. s DPH | Cena za položku bez DPH | Cena za položku s DPH |
|-------|---------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | CTG na jeden plod + vozík | ks | 4 | | | | |
| 2. | Telemetrické CTG na dva plody + vozík | ks | 1 | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Cena celkom bez DPH | |
| Cena celkom s DPH | |

Cena predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH:

Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V, dňa

.....
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis

Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria – časť 3

Predmet zákazky: „USG prístroj“

Obchodné meno uchádzača:

Adresa/sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Platca DPH: ÁNO – NIE (nesprávne prečiarknuť)

| P. č. | Popis | m. j. | Počet m. j. | Cena za m. j. bez DPH | Cena za m. j. s DPH | Cena za položku bez DPH | Cena za položku s DPH |
|-------|--------------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | USG prístroj | ks | 1 | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Cena celkom bez DPH | |
| Cena celkom s DPH | |

Cena predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH:

Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V, dňa

.....
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis

Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria – časť 4

Predmet zákazky: „**Monitory vitálnych funkcií 10 ks**“

Obchodné meno uchádzača:

Adresa/sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Platca DPH: ÁNO – NIE (nesprávne prečiarknuť)

| P. č. | Popis | m. j. | Počet m. j. | Cena za m. j. bez DPH | Cena za m. j. s DPH | Cena za položku bez DPH | Cena za položku s DPH |
|-------|----------------------------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Monitory vitálnych funkcií | ks. | 10 | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Cena celkom bez DPH | |
| Cena celkom s DPH | |

Cena predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH:

Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V, dňa

.....
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis

Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria – časť 5

Predmet zákazky: „Pojazdné RTG“

Obchodné meno uchádzača:

Adresa/sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Platca DPH: ÁNO – NIE (nesprávne prečiarknuť)

| P. č. | Popis | m. j. | Počet m. j. | Cena za m. j. bez DPH | Cena za m. j. s DPH | Cena za položku bez DPH | Cena za položku s DPH |
|-------|--------------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Pojazdné RTG | ks | 1 | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Cena celkom bez DPH | |
| Cena celkom s DPH | |

Cena predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH:

Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V, dňa

.....
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis

Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria – časť 6

Predmet zákazky: „Digitálny systém na hrudnú drenáž“

Obchodné meno uchádzača:

Adresa/sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Platca DPH: ÁNO – NIE (nesprávne prečiarknuť)

| P. č. | Popis | m. j. | Počet m. j. | Cena za m. j. bez DPH | Cena za m. j. s DPH | Cena za položku bez DPH | Cena za položku s DPH |
|-------|-----------------------------------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Digitálny systém na hrudnú drenáž | ks | 1 | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Cena celkom bez DPH | |
| Cena celkom s DPH | |

Cena predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH:

Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V, dňa

.....
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis

Príloha „G“ Vyhlásenie uchádzača

k súťažným podkladom na predmet zákazky: „Modernizácia KNsP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEZÁVISLOM STANOVENÍ PONUKY

Dolu podpísaný

.....(*meno zástupcu podnikateľa, identifikačné údaje*)

ako zástupca podnikateľa

..... (*obchodné meno/názov podnikateľa, v mene ktorého je vyhlásenie podpisované, identifikačné údaje*)

oprávnený konať v jeho mene, ktorý predkladá ponuku (ďalej len „predkladateľ ponuky“) na (*identifikácia verejného obstarávania*) (ďalej len „predmetné verejné obstarávanie“)

ako odpoveď na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvu na predloženie ponuky

..... (*verejný obstarávateľ/obstarávateľ, identifikačné údaje*)

týmto

čestne vyhlasujem,

1. že predkladateľ ponuky sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní; konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, (ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;
2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nesprístupnil iným konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
4. že predkladateľ ponuky nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 1 až 3 a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom obstarávaní;
5. že predkladateľ ponuky vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a predkladateľ ponuky uvádza v priložených dokumentoch kompletne údaje o tejto skutočnosti vrátane mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 1 až 3;
6. že som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná podľa § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži;
7. že som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky;
8. že budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania;

9. že poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie;

10. že som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia;

11. že som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V dňa

.....
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis

Príloha „K“ Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov

Verejný obstarávateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca

Predmet zákazky: „Modernizácia KNSP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV

podľa § 10 a nasl. zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu jaako **statutárny zástupca** uchádzača, so sídlom, IČO: **udeľujem súhlas** oprávnenému subjektu, t. j. verejnému obstarávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby podľa § 32, ods. 1, písm. a) ZOVO.

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

| | |
|--------------------------------|--|
| Meno: | Dátum narodenia: |
| Terajšie priezvisko: | Rodné číslo: |
| Rodné priezvisko: | Prezývka: |
| - | Číslo občianskeho preukazu/pasu: |
| Pohlavie: | Štát narodenia: |
| Trvalé bydlisko: Ulica, číslo: | Okres narodenia v SR alebo štát narodenia: |
| Obec: | Miesto narodenia: |
| PSČ: | - |

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

| | |
|-------------------|-------------|
| Meno: | Meno: |
| Priezvisko: | Priezvisko: |
| Rodné priezvisko: | |

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané podľa zákona č. 18/2010 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ZOVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ZOVO.

Pokiaľ dôjde k odvolaniu tohto súhlasu, nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na splnenie podmienky poskytnutia príspevku.

V, dňa

Príloha „I“ Čestné vyhlásenie uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

§ 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZOVO“)

Predmet zákazky: **„Modernizácia KNSP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia“**

Uchádzač:

Ja, dolu podpísaná osoba oprávnená konať za uchádzača

čestne vyhlasujem,

že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) ZOVO nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V dňa

.....
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán

meno, podpis

Príloha „H“ Aukčný poriadok

Verejný obstarávateľ podľa § 54 ZOVO použije v rámci vyhodnotenia ponúk pre zákazku „**Modernizácia KNSP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia**“ elektronickú aukciu (pre každú časť) implementovanú v informačnom systéme EVO www.uvo.gov.sk). V rámci danej zákazky bude (pre každú časť) použitá otvorená elektronická aukcia pre najnižšiu cenu. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ odporúča postupovať podľa príručky Elektronická aukcia na <https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia>, kde sú dostupné aj požiadavky na príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia.

Nastavenia elektronickej aukcie

1. Názov elektronickej aukcie (ďalej len „e-aukcie“):

Časť 1: Anestéziologický prístroj

Časť 2: CTG 5 ks

Časť 3: USG prístroj

Časť 4: Monitory vitálnych funkcií 10 ks

Časť 5: Pojazdné RTG

Časť 6: Digitálny systém na hrudnú drenáž

2. Počet úspešných uchádzačov (pre každú aukciu) : **1**

3. Minimálny rozdiel (pre každú aukciu): **300,00 EUR (vrátane).**

4. Minimálny rozdiel stanovený v bode 3 sa vzťahuje na celý objem časti zákazky. Informačný systém EVO kontroluje, či predložené nové návrhy ceny za celý objem časti predmetu zákazky (kus alebo súbor položiek) sú nižšie minimálne o túto hodnotu v porovnaní s predchádzajúcim registrovaným návrhom daného uchádzača.

5. Doba trvania e-aukcie: **20 minút.**

6. Presný začiatok a koniec e-aukcie bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

7. Začiatok navyšovania: **5 minút.**

8. Časové navýšenie e-aukcie: **5 minút.**

9. Aukčné kritérium – pre časti 1, 3, 5 a 6 cena za 1 ks predmetu zákazky (ks) v EUR bez DPH, pre časti 2 a 4 cena za celý objem predmetu zákazky (kpl) v EUR bez DPH.

Zaradenie uchádzačov do e-aukcie:

Verejný obstarávateľ zaradí do e-aukcie tých uchádzačov, ktorí predložili ponuku podľa pokynov na predkladanie ponúk v lehote na predkladanie ponúk a ich ponuka nebola vylúčená. Vstupné hodnoty **bez DPH** týmto uchádzačom zadá do e-aukcie verejný obstarávateľ na základe hodnôt uvedených v predložených ponukách. Pre vstupnú hodnotu ponuky uchádzača, ktorý je neplatca DPH, bude použitá cena celkom.

Výzva na účasť v e-aukcii

Informačný systém EVO vyzve uchádzačov na účasť v e-aukcii prostredníctvom notifikácie zaslanej na mailovú adresu. Po prihlásení je aukčný priestor zákazky sprístupnený uchádzačovi. Ak nenastal čas začiatku e-aukcie, je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených na sprístupnenej stránke.

Priebeh e-aukcie

Po sprístupnení aukčného priestoru uchádzači predkladajú nové návrhy cien, upravené smerom nadol, pričom systém EVO prepočíta cenu celkom za celý predmet zákazky. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý v e-aukcii predloží za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu v EUR **bez DPH**.

Začiatok navyšovania

Čas pred koncom elektronickej aukcie v minútach. V prípade, že je podaná platná ponuka ľubovoľného uchádzača v tu nastavenom časovom intervale, tak čas konca elektronickej aukcie sa zvýši o hodnotu 5 minút.

Časové navýšenie:

Časový interval v minútach bez desatinnej časti, o ktorý sa predĺži ukončenie elektronickej aukcie v prípade, že bude zadaná nová platná ponuka v čase, kedy do ukončenia evoAukcie zostáva menej ako 5 minút.

Skončenie e-aukcie

O skončení e-aukcie informuje uchádzačov informačný systém EVO prostredníctvom zaslania notifikačného e-mailu. Notifikačný e-mail obsahuje aj linku na e-aukciu pre zobrazenie výsledkov.

Vyhodnotenie e-aukcie

Vyhodnotenie e-aukcie prebieha automaticky bez zásahu verejného obstarávateľa. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na 1. mieste. Poradie ostatných uchádzačov bude stanovené automaticky.

Uzavretie zmluvy

Verejný obstarávateľ po ukončení e-aukcie uzavrie zmluvu na základe výsledku e-aukcie.