

Informácia o zmene súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ z dôvodu vyhovenia žiadosti o nápravu od záujemcu **mení** v nadlimitnej zákazke „**Modernizácia KNSP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia**“ v súťažných podkladoch:

I. V časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, B.1.1 Podrobný opis predmetu zákazky, Časť 2: CTG 5 ks.

CTG na jeden plod 4ks + vozík 4ks

1. Z možnosti pracovať na batérie s min. dobou prevádzky 4 hod
na **možnosť pracovať na batérie s min. dobou prevádzky 2 hod.**
2. Z Papier: 152 mm termocitlivý
na **Papier: 150 mm termocitlivý.**
3. Z Hmotnosť: max 3 kg
Na **Hmotnosť: max 5 kg.**

Špecifikácia telemetrického CTG na dva plody 1ks + vozík 1ks

1. Z Dotykový displej: min. 15,9" LCD, sklopný
na **Dotykový displej: min. 12,1" LCD, sklopný.**
2. Z Papier: 152 mm termocitlivý
na **Papier: 150 mm termocitlivý.**

II. V časti IV PREDKLADANIE PONÚK, 19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

1. v ods. 19.1 lehotu na predkladanie ponúk
namiesto 12. 04. 2023 o 10:00 hod
má byť **04. 05. 2023 o 10:00 hod,**

II. V časti V OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK, 22 OTVÁRANIE PONÚK

1. v ods. 22.1 lehotu na otváranie ponúk
namiesto 12. 04. 2023 o 11:00 hod
má byť **04. 05. 2023 o 11:00 hod.**