

Zákazka : 462674

Názov : [Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom typu trojitý quadrupól – GC](#)  
zákazky : [MS/MS](#)

Obstarávateľ : Štátny veterinárny a potravinový ústav

Zaevidovali sme [otázku](#) k zákazke [462674 Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom typu trojitý quadrupól – GC MS/MS](#).

Dátum : 12.04.2023 14:10:10  
podania

Otázky pre bod B.2 OPIS FUNKČNÝCH A VÝKONNOSTNÝCH PARAMETROV  
PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Otázka č.1:

Prosíme o upresnenie a vysvetlenie uvedeného parametra:

- Rýchlosť nástreku split/ splitless (pulzný nástrek): 100  $\mu$ s

Ak sa jedná o parameter definujúci rýchlosť dávkovania kvapalných vzoriek, ten je zvyčajne udávaný ako pomer objemovej jednotky za jednotku času. Bude verejný obstarávateľ akceptovať možnosť nastavenia rýchlosti dávkovania vzoriek od 0,1  $\mu$ L/sec do 900  $\mu$ L/sec?

Odpoveď:

Pri pulznom nástreku sa celý dávkovaný objem nastrekne naraz, jedným pulzným pohybom. Celý čas nástreku by nemal trvať dlhšie ako 100 $\mu$ s. Verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke.

Text :  
otázky

Otázka č.2:

Prosíme o detailnejšie vysvetlenie požadovaného parametra:

- Softvérová podpora pre aspoň 90 SRM prechodov v každom z min 90 časových segmentov

Odpoveď:

Dodávaný softvér prístroja by mal mať dostatočnú kapacitu a rýchlosť ukladania meraných dát pre požadovaný počet MRM prechodov v požadovaných časových segmentoch.

Otázka č.3:

Požiadavka:

- Technická a aplikačná podpora po dobu najmenej siedmych rokov (7) od uskutočnenia dodávky, vrátane preventívnej údržby systému.

Uvedené požadované služby majú byť súčasťou cenovej ponuky? Ak áno, v prípade technickej a aplikačnej podpory je nutné definovať rozsah požadovaných služieb.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ mal na mysli **dostupnosť** spotrebného materiálu, náhradných dielov ako aj servisného technika k dodanému typu prístroja po dobu najmenej 7 rokov, aby sa nestalo, že napríklad po 4 rokoch prevádzky bude potrebné vymeniť určitý náhradný diel v prístroji a ten sa už nebude vyrábať, ani sa nebude dať zohnať. Verejnému obstarávateľovi postačí **záruka**, že po dobu minimálne 7 rokov bude dostupný servisný technik zaškolený pre dodaný typ prístroja, ako aj náhradné diely a materiál potrebný na prípadné opravy.