

V prospech organizácie: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Názov zákazky: Zobrazovacie zariadenia pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza

Časť č. 2: USG Prístroj

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí **SPLŇAŤ** všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženeho dokladu)	POZNÁMKA (napr. dopĺňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
	áno, 21,5"		
	áno, 320 dB		
	áno, 1-22 MHz		
	áno, 400 mm		
	áno, 0,5-20 mm		
	áno, 512 GB		
áno/nie	áno		
uveďte hodnotu	áno, 4		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
uveďte hodnotu	áno, 4		
áno/nie	áno		
uveďte hodnotu	áno, 90 min.		
uveďte hodnotu	áno, max. 1kg		
Pracovné režimy			
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
Meranie, software a vyhodnocovanie			
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		

39.	SW pre cieľenu biopsiu pomocou fúzie obrazu s CT/MRI	
40.	Ukladanie obrázkov a služiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. Parametrov	
41.	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania	
42.	Export obrázkov a služiek vo formáte *.jpg alebo *.jpeg alebo *.bmp a *.avi	
43.	Programovateľné kalkulácie	
44.	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety)	
45.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM	
46.	Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva	
47.	Program pre kontrastné vyšetrenie s dualným zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky	
II. Sondy		
48.	konvexná sonda - s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz	
49.	fázová kardiologická sonda - s frekvenčným rozsahom min. 1-5 MHz	
50.	lineárna sonda - s frekvenčným rozsahom min. 6-12 MHz	
Osobitné požiadavky na plnenie:		
51.	Záruka min. 24 mesiacov	
52.	Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy.	

áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
áno/nie	áno		
II. Sondy			
uvedie hodnotu	áno, 2-6 MHz		
uvedie hodnotu	áno, 1-5 MHz		
uvedie hodnotu	áno, 5-12 MHz		
Osobitné požiadavky na plnenie:			
áno/nie	áno, 24 mes.		
áno/nie	áno		

Cena za ks bez DPH v EUR	Cena je uvedená v návrhu Kúpnej zmluvy a v Návrhu na plnenie kritérií
Cena spolu za časť zákazky bez DPH v EUR	Cena je uvedená v návrhu Kúpnej zmluvy a v Návrhu na plnenie kritérií
Cena spolu za časť zákazky s DPH v EUR	Cena je uvedená v návrhu Kúpnej zmluvy a v Návrhu na plnenie kritérií

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Bratislava
Dňa: 11.10.2021



Pečiatka a podpis

BLUEMED
BLUEMED s.r.o.
Nevädzová 17211/6E, 82101 Bratislava
IČO: 51 835 827, DIČ: 2120805610