

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA

názov zákazky - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 -  
nákup prevádzkových strojov, prístrojov a techniky  
2. časť predmetu zákazky - Zariadenie na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu - 1 ks

názov projektu  
kód projektu ITMS2014+:

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana  
verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 -  
302021BIP5

### Uchádzač:

Obchodný názov:  
sídlo:  
IČO:  
Kontaktná osoba:

Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.  
Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
46 378 979  
Ing. Jaroslav Tonkovič, konateľ

### Verejný obstarávateľ:

Názov  
  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Miesto dodania:  
kontaktná osoba:  
kontaktný mail:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec  
  
Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec  
45737967  
2023441673  
SK 2023441673  
sídlo verejného obstarávateľa  
Ing. Ján Ščerbák 0905359439  
[jan.scerbak@nspkch.sk](mailto:jan.scerbak@nspkch.sk)

### PONUKA

Obchodné meno výrobcu zariadenia:

EKOM spol. s r. o.  
Priemyselná 5031/18  
SK-921 01 Piešťany  
Slovak Republic

Typové označenie zariadenia:

404711186-012  
DK50 2x4VR/110 S/M , 110l vzdušník so sušičom TRB -40C

Minimálne technicko - medicínske parametre		Požadovaná hodnota	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter	
Názov: Zariadenie na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu				
počet kusov: 1				
1	Kompresor min1 ks	áno	áno	
2	výkon	min 220l/min	430 l Výkonnosť pri pretlaku 6 bar (FAD)	strana 124 priloženého návodu na použitie
3	Objem vzdušníka	min 1x90l	110 l	strana 124 priloženého návodu na použitie
4	Pracovný tlak nastaviteľný v rozsahu min	0,5±0,05MPa - 0,7±0,07MPa	0,5±0,05MPa - 0,7±0,07MPa nastavený výrobcom EKOM	strana 124 priloženého návodu na použitie
5	Priemerná hladina hluku	max 70 dB(A)	≤ 58 dB (A)	strana 124 priloženého návodu na použitie
6	Menovitý výkon	max 7,2 kW	2x2.2 kW	strana 124 priloženého návodu na použitie
7	bezolejový, vzduchom chladený kompresor	áno	áno	
8	zariadenie minimálne s počítadlom motohodín, riadiacim manostatom a automatickým ovdzušením	áno	áno	
9	automatický odvádzač kondenzátu	áno	áno	
10	Sušič stlačeného vzduchu so studenou regeneráciou pre dýchateľný vzduch min. 1ks	áno	áno	sušič TRB -40C strana 114 a 115
11	vstupná filtrácia	áno	áno	
12	adsorbér	áno	áno	
13	výstupná filtrácia	áno	áno	
14	Prístroj vhodný na použitie v zdravotníctve	áno	áno	
<b>Osobitné požiadavky - činnosti spojené s dodaním predmetu zákazky</b>				
Vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti daného tovaru na miesto určenia		áno	áno	

Passporty a odborné prehliadky a skúšky k vyhradeným technickým zariadeniam ak to legislatíva vyžaduje, návody na použitie v slovenskom jazyku, alebo v českom jazyku	áno	áno
Zaškolenie personálu	áno	áno
Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku	áno	áno
Záručná doba min. 24 mesiacov	áno	áno

#### Cena za dodanie predmetu zákazky

cena celkom v Eur bez DPH	<b>10285</b>
DPH (sadzba 20%)	<b>2057</b>
Cena celkom v Eur s DPH	<b>12342</b>

*Príloha: doklady a dokumenty na preukázanie technických parametrov a funkčných vlastností (v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky - Preukazovanie splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky)*

V Novom Meste nad Váhom dňa 12.3.2023

podpis oprávnenej osoby za uchádzača (meno, priezvisko, titul, funkcia): Ing. Jaroslav Tonkovič, konateľ

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.  
Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 46 378 979 DIČ: 2023373264  
IČ DPH: SK2023373264