

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zdravotnícke prístroje

Obstarávateľ: Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 20.07.2023 09:08:43

Zverejnené: 23.07.2023 20:33:28

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o akceptáciu prípadne korekciu pri časti 2 USG prístroj:

Dynamický rozsah 320 dB

Tento parameter je v bežnej praxi nepoužiteľný. V praxi je požadovaný rozsah, pre používateľa niekde na úrovni približne 250 dB. Preto žiadame parameter upraviť na **300 dB**.

Zobrazovacia hĺbka min. 420 mm

Podobne ako vyššie ide o paramater, ktorý sa prakticky nepoužíva. Zobrazenie v požadovanej hĺbke je rozmazané a nepoužiteľné pre diagnostiku. Žiadame tento parameter znížiť na parameter **400 mm**.

Frekvenčný rozsah prístroja 1-23 Mhz

Prosíme o úpravu parametra na rozsah **1-22 Mhz**.

Zmenou vyššie uvedených parametrov dôjde k otvoreniu zákazky pre väčšie množstvo uchádzačov, vďaka čomu dôjde k vyššej transparentnosti súťaže.

Odpoveď VO:

Parametre, ktoré požadujú uchádzači zmeniť, by prístroj posunuli do bazálnej roviny vhodnej na ambulanciu. Nemocnica potrebuje pre rdg oddelenie zakúpiť prístroj high- end s kvalitným výkonom, aby sa dala robiť diagnostika všetkých orgánových sústav. Predmetné parametre nie sú stanovené najvyššie, tie sa pohybujú na úrovni: dynamický rozsah - 400dB, zobrazovacia hĺbka – 500mm, frekvenčný rozsah 1-25MHz. Nesúhlasíme so znížením parametrov v záujme použiteľnosti a výťažnosti parametrov prístroja pre RDG oddelenie, ktoré musí mať prístroje na vyššej úrovni, ako jednotlivé ambulancie. Ak by sme pripustili zníženie parametrov, nezabezpečili by sme vyšetrenie obéznejších pacientov.