



**Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.**

Pod Krásnou hôrkou 1

833 48 Bratislava

## **ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA § 53**

v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Názov zákazky:	<b>Dočasná epikardiálna stimulačná elektróda TME</b>
Zákazka z hľadiska finančného limitu:	nadlimitná zákazka
Postup verejného obstarávania:	verejná súťaž (§ 66)
Druh predmetu:	tovary
Zákazka zverejnená:	VVO: 063/2023 pod číslom 12472-MST dňa 21.03.2022 VEÚ: 2023/S 060-175695 dňa 24.03.2023

### **I. Členovia komisie**

Na otváranie a vyhodnotenie ponúk bola verejným obstarávateľom zriadená komisia v zložení:

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

predseda komisie:	Doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.
člen komisie:	MUDr. Matej Nosál, PhD.
člen komisie:	RNDr. Katarína Machajová
člen komisie:	PharmDr. Slávka Porubová
člen komisie:	Ing. Daniel Jánoš, MBA
člen komisie:	JUDr. Marta Srncová
člen komisie za Dozornú radu:	MUDr. Rastislav Cikrai
člen komisie za ZO SOZZaSS:	Katarína Tomečková

Členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:

člen komisie:	Mgr. Katarína Kramná
člen komisie:	Mgr. Martina Frajková

### **II. Priebeh vyhodnotenia ponúk**

Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. V súlade s § 53 ods. 1 ZVO, komisia vyhodnotila ponuky z hľadiska splnenia technicko-medicínskych parametrov na predmet zákazky ako aj splnenia požiadaviek na náležitosti (obsah) ponúk a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

#### **a) Kontrola ponúk z hľadiska splnenia technicko – medicínskych parametrov**

Verejný obstarávateľ požadoval nasledujúce technicko-medicínske parametre:

Dočasné stimulačné elektródy na stimuláciu srdca s možnosťou bipolárnej stimulácie pri použití jednej elektródy s príslušenstvom

- Ukotvenie epikardiálne do myokardu za pomoci fixácie zig-zag, kotvičky, loop, V-zakrivením alebo priamym zakončením a vyvedenie z hrudníku pomocou thorax ihly. Elektróda môže byť dodávaná v dĺžke 60 cm a 220 cm a v prevedení pre dospelého, detského i kojeneckého pacienta, pričom diameter kotviacej ihly detskej je 0,40 mm a novorodeneckej 0,30mm.
- Diameter novorodeneckej thorax ihly je 0,50 mm.
- Elektródy sú farebne rozlíšiteľné pre predsieň a komoru.

- Elektródy môžu byť vybavené integrovaným konektorom Confix.

Predpokladané množstvo: 4 950 ks /36 mesiacov

Uvedené množstvá sú predpokladané na 36 mesiacov. Nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok – v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.

Súvisiace služby: dodanie do nemocničnej lekárne

- b) **Komisia posudzovala, či nebola predložená mimoriadne nízka ponuka:** ponúkaná cena nebola mimoriadne nízka.
- c) **Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:** nebolo aplikované.
- d) **Komisia posudzovala, či bola zložená zábezpeka alebo banková záruka:** nebola požadovaná.
- e) **Komisia posudzovala ponuky z hľadiska splnenia náležitostí ponúk:** všetky požadované dokumenty boli predložené v súlade so súťažnými podkladmi.

**Ponuka od: MEDITRADE spol. s r.o.**

Príloha č.	Názov prílohy	Splnené – predložený bol požadovaný dokument
1.	Sprievodný list	splnené
2.	Identifikačné údaje uchádzača	splnené
3.	Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní	splnené
4.	Zoznam dôverných informácií	splnené
5.	Súhlas so spracovaním osobných údajov	splnené
6.	Čestné vyhlásenie týkajúce sa konfliktu záujmu a etickému kódexu	splnené
7.	Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky	splnené
8.	Návrh zmluvných podmienok	splnené
9.	Návrh štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky	splnené
10.	Špecifikácia predmetu zákazky	splnené
11.	Čestné vyhlásenie o bankových účtoch	splnené
12.	Jednotný európsky dokument (JED)	neuplatniteľné
13.	Prospekty tovarov, katalógy, ktoré sú predmetom zákazky a ktoré preukazujú požadované technicko - medicínske parametre. Informácie musia byť uvedené v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch v časti B.2 – Opis predmetu zákazky. Údaje v katalógoch musia byť jednoznačne priradené k tým častiam/položkám, na ktoré predkladá uchádzač ponuku, (budú označené poradovým číslom časti a číslom, alebo názvom položky). Prospekty, alebo katalógy môžu byť predložené aj v anglickom jazyku.	splnené
14.	Doklad o pridelení kódu Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv na ponúknutý typ zdravotníckej pomôcky: Všetky ŠUKL kódy musia byť jednoznačne priradené jednotlivým položkám predmetu zákazky tak že budú označené poradovým číslom časti. Uchádzač predkladá neoverenú fotokópiu potvrdenia ŠUKL, resp. iný doklad (ekvivalent), ktorý nahrádza požadované potvrdenie.	splnené

- f) **Vylúčené ponuky:** bez vylúčenia.
- g) **Vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov:** neuplatňuje sa
- h) **Predložené žiadosti o nápravu:** neuplatňuje sa

**III. Zoznam ponúk, ktoré neboli vylúčené a ktoré budú následne vyhodnocované podľa určených kritérií na vyhodnotenie ponúk:**

Ponuky neboli vylúčené.

**IV. Záver**

Vyhodnotenie v zmysle § 40 ZVO posúdenie splnenia podmienok účasti bude predmetom samostatnej zápisnice.

**V. Členovia komisie odsúhlasili obsah zápisnice svojim podpisom**

predseda komisie:	Doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.	
člen komisie:	MUDr. Matej Nosál, PhD.	
člen komisie:	RNDr. Katarína Machajová	
člen komisie:	PharmDr. Slávka Porubcová	
člen komisie:	Ing. Daniel Jánoš, MBA	
člen komisie:	JUDr. Marta Srncová	
člen komisie za Dozornú radu:	MUDr. Rastislav Cikrai	
člen komisie za ZO SOZZaSS:	Katarína Tomečková	
člen komisie:	Mgr. Martina Frajková	
člen komisie:	Mgr. Katarína Kramná	

**Na vedomie:** Ing. Mongi Msolly, MBA, Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

**Zápisnicu spracoval:** Mgr. Katarína Kramná, Odd. verejného obstarávania, dňa: 02.05.2023

