

Všetkým zájemcom

Bratislava, dňa 06.09.2023

Žiadosť o vysvetlenie – odpoveď 1

Slovenská technická univerzita v Bratislave ako verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky

„INFRAŠTRUKTÚRA A IKT VYBAVENIE PRE FEI STU“

podáva nasledovné vysvetlenie pre 3. časť Laboratórium pre batériový výskum FEI STU:

Otázka č. 1:

Žiadame o upresnenie resp. preverenie správnosti uvedenej požadovanej hodnoty (min. 50mA) parametra „rozlíšenie nastavenia prúdu“. Prihliadnuc na iné súvisiace požiadavky pri tomto zdroji a to maximálny výstupný prúd (0 – 500A) a presnosť regulácie a merania prúdu ($\pm 1,5A$) máme za to, že uvedená požiadavka na rozlíšenie nastavenia prúdu je v zjavnom nepomere k požadovanému prúdovému rozsahu a požadovanej presnosti regulácie merania prúdu. Štandardne u väčšiny výrobcov DC zdrojov sa pre hodnoty maximálneho prúdového rozsahu cca 500 A a pre presnosť regulácie merania prúdu ($\pm 1,5A$) hodnoty rozlíšenie nastavenia prúdu pohybujú rádovo v 100-kách mA, min. však 100mA.

Odpoveď č. 1:

Pre potreby laboratória bude postačujúce stanoviť minimálne hodnoty rozlíšenia nastavenia prúdu na danom laboratórnom zdroji na 100 mA. Zmenu sa týka podčastí

- B.3.2 Programovateľný laboratórny zdroj v položke
 - rozlíšenie nastavenia prúdu **min. 100mA**
- B.3.17 Programovateľný laboratórny zdroj v položke:
 - rozlíšenie nastavenia prúdu **min. 100mA**

Otázka č. 2:

V zozname požadovaných prístrojov sa niekoľko z nich opakuje pod rôznym číslom s rovnakými špecifikáciami.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Programovateľný laboratórny zdroj | je pod číslom B.3.2 a zároveň aj pod číslom B.3.17 |
| - Systém zberu dát | je pod číslom B.3.3 a zároveň aj pod číslom B.3.15 |
| - Emulátor batériových článkov | je pod číslom B.3.4 a zároveň aj pod číslom B.3.14 |
| - Programovateľná záťaž | je pod číslom B.3.6 a zároveň aj pod číslom B.3.16 |

Prosí potvrdíte, že potrebujete naceniť všetkých 18 položiek zo zoznamu, vrátane tých, ktoré sa opakujú. Prípadne aktualizujte zoznam redukovaný o opakujúce sa položky.

Odpoveď č. 2:

Jedná sa o dve rôzne pracoviska, ktoré budú obsahovať niektoré rovnaké prístroje. Treba naceniť všetkých 18 prístrojov.

Útvar verejného obstarávania
STU Bratislava - Rektorát