

Vec

## Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Dňa 04.09.2023 bolo verejnému obstarávateľovi Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Úradu pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vo verejnej súťaži na predmet zákazky "**Taktické lekárníčky jednotlivca – Individuálny protichemický balíček**", vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.156/2023 zo dňa 09.08.2023 pod značkou 27193-MST (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“) doručené podanie označené ako „Žiadosť o nápravu“ v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní obsahu podanej žiadosti o nápravu, opisu rozhodujúcich skutočností a označení dôkazov vybavuje žiadosť o nápravu nasledovne:

Predmetnú žiadosť o nápravu uvedená v bodoch 1. a 2. **je opodstatnená.**

Spôsob vykonania nápravy: korigendum súťažných podkladov

Lehota vykonania nápravy: bezodkladne

### Odôvodnenie k žiadosti o nápravu uvedenú v jednotlivých bodoch:

1. Príslušné časti súťažných podkladov k Verejnému obstarávaniu žiadateľ žiada upraviť tak, že vo vzťahu k balíčku typu IPP 95 NSN: 6505-43-0001321 bude vždy pridaný výraz „alebo ekvivalentný“

#### Vybavenie žiadosti o nápravu:

v zmysle § 165 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa žiadosti o nápravu v bode 1. verejný obstarávateľ **vyhovel.**

Odôvodnenie prijatia žiadosti o nápravu a spôsob vykonania nápravy:

Verejný obstarávateľ akceptuje návrh uchádzača - požadujeme IPP 95 NSN: 6505-43-0001321 alebo ekvivalentný produkt,

odôvodnenie: NSN je použité z dôvodu kodifikácie inovovaného produktu, ktorý je predpisom Zdrav-21-2 „Prostriedky zdravotníckej výbavy jednotlivca“ schválený pre používanie v OS SR, má pridelené vojenské číslo materiálu.

2. Časť súťažných podkladov Zloženie žiadateľ žiada doplniť o výraz „alebo ekvivalentné za predpokladu splnenia ostatných požiadaviek na balíčky podľa týchto súťažných podkladov“

#### Vybavenie žiadosti o nápravu:

v zmysle § 165 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa žiadosti o nápravu v bode 2. verejný obstarávateľ **vyhovel.**

Odôvodnenie prijatia žiadosti o nápravu a spôsob vykonania nápravy:

Verejný obstarávateľ akceptuje návrh uchádzača s nasledovnými ekvivalentami v zložení balíčka:

Užívateľ akceptuje Individuálny protichemický balíček NSN 6505-43-0001321 alebo ekvivalentný produkt v zložení balíčka:

- 1 ks – tuba s uzáverom obsahujúca profylaktickú – dezaktivačnú zložku (masť), balenie 90 g,
  - zloženie: peroxosíran sodný, stearan horčička, močovina, silikónový olej (vymedzené zloženie masti je kodifikované (overené a odskúšané ÚŠOK) pre potreby príslušníkov OS SR),

Ekvivalentom je väčšie množstvo túb s celkovým množstvom profylaktickej – dezaktivačnej zložky (mastí) min. 90 g

- práškový dezaktivátor 75 g – minimálne 3 ks - vrecúško práškového dezaktivátora so schopnosťou chemickej sorpcie - balenie: á 25 g, zloženie: chloramín B, oxid zinočnatý, stearan horčička, zeolit, (vymedzené zloženie a balenie je kodifikované),

Ekvivalentom je väčšie množstvo vrecúšok s celkovým množstvom práškového dezaktivátoru min. 75 g, balenie jedného vrecúška min. 25 g,

- vankúšiky z gázy minimálne 6 ks,

Ekvivalentom je väčšie množstvo vankúšikov,

- plastová krabička s odnímateľným vekom. Ekvivalentom je plastová krabička s odnímateľným vekom, ktorá musí spĺňať maximálne rozmery,

- etiketa pevne nalepená na plastovej krabičke v slovenskom jazyku, v ktorej musí byť uvedené:

- názov, prípravku, návod na použitie slovenskom jazyku, názvy a adresy výrobcu, a distribútora, šarža a lehota použiteľnosti.

Funkčné požiadavky alebo technická špecifikácia napr. zloženia práškového dezaktivátora, profylaktickej – dezaktivačnej zložky (mastí) nie je predmetom ekvivalentu. Ekvivalent sa týka maximálneho celkového rozmeru balenia a jeho hmotnosti, počtu a veľkosti balení častí individuálneho protichemického balíčka.

**Ing. Pavol LÍŠKA**  
riaditeľ