



## ponuku predkladá:

obchodné meno: **Artspect spol. s r. o.**  
sídlo: **Rybničná 40, 831 06 Bratislava**  
IČO: **47760265**  
platba DPH: **áno**

19. 03. 2023

identifikácia ponúkaného zariadenia: **SPRINT 100**

SPRINT 100: 2024083050

## zariadenie:

názov: **transportné lôžko**  
objem: **3 ks**

celok	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
transportné lôžko	Nosnosť lehátka	min. 230 kg	320 kg
	Ložná plocha na teleskopických stĺpoch resp. pákový hydraulický podvozok	áno	áno
	Ložná plocha : šírka	väčšie alebo rovné 65 cm	66 cm
	Ložná plocha : dĺžka	väčšie alebo rovné 190 cm	193 cm
	Vonkajšie rozmery: šírka	max. 90 cm	76 cm
	Vonkajšie rozmery: dĺžka	max. 217 cm	211 cm
	Hydraulické nastavenie výšky ložnej plochy pomocou nožných pedálov umiestnených na oboch stranách	v rozsahu 61 - 85 cm	56 - 89 cm
	Trendelenburg/antitrendelenburg	max. 15 °/15 ° (tolerancia ± 3°)	18°/18°
	Polohovanie chrbtového dielu pomocou plynovej pružiny	min. v rozsahu 0 - 70 °	0° - 90°
	Sklopné bočnice so sklápaním smerom k hlave, s tlmením spustenia plynovou pružinou, nepresahujúce v žiadnej polohe obrys lehátka.	výška bočníc nad ložnou plochou min. 25 cm	35,5 cm
	Transportný úchyt , resp madlá pri nohách	áno	áno
	Transportný úchyt pri hlave	áno	áno
	Vysoko kvalitný oceľový rám s epoxidovým práškovým nástrekom proti hrdzi	áno	áno
	Plastový kryt podvozku	áno	áno
	Pojazdné na otočných kolieskach s priemerom min 200 mm , centrálna brzda minimálne 2 x pedál s farebným značením zabrzdene/odbrzdene	áno	áno
	Rohové nárazníky	min 4 ks	4 ks
	Držiak kyslíkovej fľaše	áno	áno
	Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo vrátane 2 kusov háčikov na každej strane	áno	áno
	RTG ložná plocha	áno	áno
	Držiak RTG kazety - chrbtový diel	áno	áno
	Integrovaný infúzny stojan	áno	áno
	Vodotesný, nehorľavý, dezinfikovateľný antistatický matrac	hrúbka min. 8 cm	8 cm
Záruka	Záruka 24 mesiacov	áno	áno
	Záručný servis	áno	áno
	Inštalácia, doprava	áno	áno
	Komplexné zaškolenie obsluhy	áno	áno