



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Názov projektu: Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19
Číslo projektu: 302021AYY1 (Kód projektu v ITMS2014+)
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Vyhlasovateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Číslo súťaže: R5-2.1/147/2022
Názov zákazky: **Ultrazvukový prístroj strednej triedy pre gynekológiu**
Druh postupu: verejná súťaž, nadlimitná zákazka, tovary
Oznámenie: Ú.v. EÚ č. 2023/S 050-148887 zo dňa 10.03.2023
Vestník č. 53/2023 zo dňa 13.03.2023 pod zn. 11178 - MST

Lehota na predkladanie ponúk: 27.04.2023 o 10:00 hod.

Termín otvárania: 27.04.2023 o 10:30 hod.

Spôsob otvárania ponúk: Online na adrese: <https://josephine.proebiz.com>

1. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

P. č.	Uchádzač: Názov spoločnosti, adresa	Dátum doručenia	Spôsob doručenia
1.	INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad	26.04.2023 14:22:25 hod.	Elektronicky - JOSEPHINE
2.	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303, 022 01 Čadca	27.04.2023 09:26:54 hod.	Elektronicky - JOSEPHINE

2. Kritériá na hodnotenie ponúk:

P. č.	Uchádzač	Cena v EUR s DPH – hodnotiace kritérium
1.	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303, 022 01 Čadca	178 200,00 EUR s DPH
2.	INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad	184 605,12 EUR s DPH



3. Priebeh vyhodnocovania ponúk:

Komisia neidentifikovala žiadne skutočnosti nasvedčujúce potenciálnemu konfliktu záujmov ktorýmkoľvek členom komisie alebo osobami zúčastnenými v procese verejného obstarávania. Osobitne bol preskúmaný možný konflikt záujmov u členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky. Preto komisia pristúpila k vyhodnocovaniu ponúk v uvedenom zložení.

Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. Verejný obstarávateľ rozhodol, že na základe § 66 ods. 7 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Vo väzbe na § 55 ods. 1 zákona o VO verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

Komisia vyhodnotila ponuku uchádzača **K&M MEDIA s.r.o.**, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Komisia na vyhodnotenie ponúk z dôvodu efektívnosti procesu vyhodnocovania posudzovala splnenie požiadaviek na predmet zákazky a zároveň podmienok účasti. Po posúdení predložených dokladov a dokumentov ponuky, dospela k záveru, že hospodársky subjekt **K&M MEDIA s.r.o.**, nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a podmienky účasti, a preto bol podľa § 53 ods. 5 písm. b) a d) a § 40 ods. 6 písm. a) ZVO verejným obstarávateľom vylúčený z verejného obstarávania.

Komisia následne vyhodnotila ponuku uchádzača **INTES Poprad, s.r.o.**, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na druhom mieste v poradí.

4. Priebeh vyhodnocovania splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky

A. Prehľad splnenia podmienok účasti

Uchádzač: **INTES Poprad, s.r.o.** – ZHS 2022/9-PO-B8440

P. č.	Podmienky účasti – osobné postavenie	Hodnotenie
1.	Výpis z registra trestov FO/PO	splnil - ZHS
2.	Potvrdenie zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne	splnil - ZHS
3.	Potvrdenie daňového úradu a colného úradu	splnil - ZHS
4.	Potvrdenie súdu – konkurz, likvidácia, reštrukturalizácia	splnil - ZHS
5.	Doklad o oprávnení dodávať tovar	splnil - ZHS
6.	Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f)	splnil - ZHS



P. č.	Podmienky účasti – technická spôsobilosť	Hodnotenie
1.	Podľa 34 ods. 1 písm. a) ZVO	
	Realizácia zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v <u>min. kumulatívnom objeme 150 000,00 EUR bez DPH.</u>	Echokardiografický prístroj – Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove – 163 634,33 EUR bez DPH splnil

B. Prehľad splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky uchádzačom

P. č.	Požiadavky verejného obstarávateľa	
1.	formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v prílohe č. 1 (bod 17.2.1) súťažných podkladov	splnil
2.	návrh na plnenie kritéria predložený formou vyplnenej tabuľky podľa vzoru v Prílohe č. 2 (bod 17.2.2) súťažných podkladov	splnil
3.	vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 3 (bod 17.2.3), že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok (ak sú známi)	splnil
4.	formulár „Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov“ uvedený v prílohe č. 4 a „ plná moc “ podľa prílohy č. 5 (bod 17.2.4 a bod 17.2.5) súťažných podkladov)	neuplatňuje sa
5.	vyhlásenie uchádzača , podpísané zodpovednou osobou podľa Prílohy č. 6 (bod 17.2.6)	splnil
6.	doklady a dokumenty , ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa časti „E. Podmienky účasti uchádzačov“, a uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o VO (bod 17.2.7)	splnil
7.	Vyplnená špecifikácia ponúkaných zariadení podľa Prílohy č. 7 (bod 17.2.8)	splnil
8.	produktové listy / manuály resp. iné informačné materiály k ponúkaným zariadeniam preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v Prílohe č. 2 súťažných podkladov (bod 17.2.9)	splnil



9.	doklad o zložení zábezpeky (bod 17.2.10) súťažných podkladov)	splnil
10.	zoznam ekvivalentov (bod 17.2.11) súťažných podkladov)	neuplatňuje sa
11.	návrh Zmluvy (bod 17.2.12) súťažných podkladov)	splnil
12.	zoznam dôverných informácií (bod 10.2.13) súťažných podkladov)	predložil

5. Zoznam vylúčených uchádzačov:

K&M MEDIA s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01 Čadca

1. Komisia zriadená verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“) konštatuje, že predložená ponuka v predmetnom obstarávaní nespĺňa požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov ako aj v prílohe č. 7 Špecifikácia ponúkaných zariadení súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v časti B. Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 7 Špecifikácia ponúkaných zariadení okrem iného požadoval nasledovné:

- v položke č. 51 bolo požadované: „2D/3D/4D vaginálna s počtom elementov min. 192 a FOV min. 180°“.
- položke č. 53 bolo požadované: „2D/3D/4D konvexná sonda s počtom elementov min. 192 a FOV min. 85°x 85°“.
- v položke č. 36 bolo požadované: „podpora single crystal zároveň matrixovej technológie“
- v položke č. 49 bolo požadované: „lineárna sonda matrix technológia s počtom elementov min. 192 a FOV min. 50 mm“

Listom zo dňa 22.06.2023 bol uchádzač prostredníctvom systému IS JOSEPHINE požiadaný a vysvetlenie ponuky a dokladov podmienok účasti. O vysvetlenie ponuky, nasledovne:

- „položky č. 51: „2D/3D/4D vaginálna s počtom elementov min. 192 a FOV min. 180°“ z dôvodu, že vo vašej ponuke uvádzate hodnotu ponúkanej sondy VE9-5; 192 elementov a FOV 182° 3-13Mhz. Po overení si parametrov ponúkaného typu sondy na stránkach výrobcu daná sonda obsahuje 180 elementov a nie 192 ako bolo požadované (https://portalimages.blob.core.windows.net/products/pdfs/r3glp1fi_P50EliteTransducerBrochure.pdf)
- položky č. 53 „2D/3D/4D konvexná sonda s počtom elementov min. 192 a FOV min. 85°x 85°“ z dôvodu, že vo vašej ponuke uvádzate hodnotu ponúkanej sondy VC2-9; 192 elementov a FOV 85°x 85° 2-7Mhz. Po overení si parametrov ponúkaného typu sondy na stránkach výrobcu daná sonda má FOV 63° a nie 85° ako bolo požadované (<https://www.celticsmr.co.uk/media/1701/sonoscape-probe-brochure.pdf>)
- položky č. 36 „podpora single crystal a zároveň matrixovej technológie“ a položky č. 49 „lineárna sonda matrix technológia s počtom elementov min. 192 a FOV min. 50 mm“ z dôvodu, že vo vysvetlení zo dňa 05.06.2023 ste predložili datasheet na sondu 12L-A. Vo vami predloženom datasheete na sondu 12L-A je uvedených počet elementov 256 čo je v rozpore s prehlásením výrobcu SonoScape Medical Corp, ktoré ste predložili v rámci žiadosti o vysvetlenie zo dňa 31.05.2023, kde výrobca uvádza počet elementov 192. Na preukázanie požiadavky podpory single crystal a zároveň matrixovej technológie ste vo vysvetlení nič neuviedli, pričom vo vysvetlení zo dňa 31.05.2023 výrobca uvádza, že ním ponúkaný ultrazvukový systém podporuje „single crystal“.



Dňa 29.06.2023 uchádzač predložili v stanovenej lehote prostredníctvom systému IS JOSHEPINE vysvetlenie ponuky a dokladov podmienok účasti, ktoré však nebolo v súlade so žiadosťou o vysvetlenie a to z dôvodu, že k týmto bodom žiadosti o vysvetlenie ponuky nepredložil žiadne vyjadrenie. Nijak neobjasnili rozpory v parametroch ponuky oproti parametrom, ktoré uvádza výrobca na svojich stránkach. Komisia konštatuje, že uchádzač nesplnil predmetné požiadavky na sondy uvedené v položkách č.51 „2D/3D/4D vaginálna s počtom elementov min. 192 a FOV min. 180°“ a č.53 „2D/3D/4D konvexná sonda s počtom elementov min. 192 a FOV min. 85°x 85°“ čo potvrdzujú hodnoty uvedené na stránkach výrobcu prístroja SonoScape Medical Corp, Čína.

Pri položke č. 36 „podpora single crystal a zároveň matrixovej technológie“ a položke č. 49 „lineárna sonda matrix technológia s počtom elementov min. 192 a FOV min. 50 mm“ uchádzač položenú otázku nijak nezodpovedal a tak ani po opakovanej žiadosti o vysvetlenie týchto parametrov nedošlo k odstráneniu nezrovnalosti v ponuke a preukázaniu splnenia predmetných požiadaviek na predmet zákazky.

2. Komisia zriadená verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk ďalej konštatuje, že predložená ponuka v predmetnom obstarávaní nesplňa podmienky účasti stanovenej verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bod III.1.1) Podmienky účasti a v súťažných podkladoch časť E. Podmienky účasti uchádzačov.

V zmysle časti E. Podmienky účasti uchádzačov bod 3 súťažných podkladov, verejný obstarávateľ požadoval na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloženie zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom podľa § 40 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona o verejnom obstarávaní povinný zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Uchádzač musí preukázať realizáciu zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v min. kumulatívnom objeme 150 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnemu obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Listom zo dňa 22.06.2023 bol uchádzač prostredníctvom systému IS JOSEPHINE požiadaný a vysvetlenie ponuky a dokladov podmienok účasti. O vysvetlenie dokladov podmienok účasti nasledovne: „Na preukázanie predmetnej podmienky účasti ste predložili: dokument s názvom udelenie referencií od



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

spoločnosti SonoScape Medical Corp., zoznam referencií a referenčný dopis od spoločnosti Medipixel Kft, Budapest, Bécsi út 252, 1037 Maďarsko. V predložených dokumentoch komisia zistila nasledovné:

- V prípade, ak uchádzač využíva technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Vo vami predloženej ponuke sa táto zmluva nenachádza, navyše dokument s názvom udelenie referencií od spoločnosti SonoScape Medical Corp. a zoznam referencií, nie je predložený s úradným prekladom.

- Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Vo vami predloženej ponuke nie sú predložené doklady na preukázanie podmienok účasti osobného postavenia za spoločnosť SonoScape Medical Corp., príp. jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, tak ako bolo požadované v bode 17.2.7 súťažných podkladov. Zároveň uvedená spoločnosť podľa verejne dostupných zdrojov nie je zapísaná do zoznamu hospodárskych subjektov, kde by si bolo možné overiť splnenie podmienok účasti osobného postavenia.“

Dňa 29.06.2023 v stanovenej lehote prostredníctvom systému IS JOSHEPINE predložil uchádzač vyhlásenie výrobcu ultrazvukových prístrojov SonoScape Medical Corp., že uchádzač je oprávnený poskytovať popredajný servis a údržbu pre vyrábané ultrazvukové systémy na území SR. Na základe uvedeného komisia konštatuje, že vysvetlením uchádzač nijak nepreukázali splnenie predmetných podmienok účasti.

Z dôvodu nepredloženia písomnej zmluvy uzavretej medzi uchádzačom a spoločnosťou SonoScape Medical Corp., ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a nepreukázaním splnenia podmienky účasti osobného postavenia za túto osobu nakoľko v ponuke nebol predložený Jednotný európsky dokument, resp. príslušné doklady na preukázanie podmienok účasti osobného postavenia a podľa overenia si z verejne dostupných zdrojov táto osoba nie je zapísaná do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorým je možné preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia, komisia konštatuje, že vyššie uvedené podmienky účasti uchádzač nesplnil.

Komisia postupovala v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 písm. b) a d) a § 40 ods. 6 písm. a) ZVO a preto z dôvodu, nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a podmienok účasti, komisia ponuku vylúčila.

6. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

Neuplatňuje sa.



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

7. Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača

P. č.	Uchádzač	Cena v EUR s DPH – hodnotiace kritérium
1.	INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad	184 605,12 EUR s DPH

Odôvodnenie: Uchádzač predložil ponuku s najnižšou cenou, ktorá splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Subdodávateľia: neuplatňujú sa

8. Závery z rokovania komisie:

Komisia pre vyhodnotenie ponúk, ktorá vyhodnocovala ponuky ukončila svoju činnosť a konštatuje, že ponuka predložená uchádzačom **INTES Poprad, s.r.o.** splnila všetky požiadavky stanovené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch a odporúča ponuku prijať.

9. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu:

Neuplatňuje sa

V Bratislave, dňa 18.08.2023

meno a priezvisko	funkcia v komisii	Podpis
MUDr. Peter Papcun, PhD.	predseda komisie	
MUDr. Martin Petrenko, CSc.	člen komisie	
MUDr. Eva Dedinská	člen komisie	

Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:

meno a priezvisko	funkcia v komisii	Podpis
Bc. Viera Kunová	člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	