

SPRÁVA O ZÁKAZKE

Vypracovaná podľa §24 ods. 2 a 3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len ZVO)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 36126624

V prospech organizácie: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica,
Nemocničná 986,
017 01 Považská Bystrica,
IČO: 00610 411

2. Predmet zákazky: Magnetická rezonancia

Referenčné číslo: FUR000133

Predmetom verejného obstarávania je dodanie magnetickej rezonancie a poskytnutie záručného servisu.

3. Hodnota zákazky/Zmluvná cena: 1 698 663,75 € bez DPH

DPH: 399 732,75 €
2 038 396,50 € s DPH

4. Použitý postup zadávania zákazky: Nadlimitná zákazka podľa § 66 zák. č. 343/2015 Z.z.

5. Dátum uverejnenia:

vo Vestníku VO vedeného ÚVO: 55399 – MST, Vestník č. 261/2021 - 09.11.2021
vo Vestníku VO vedeného EÚ: 2021/S 216-567972 – 08.11.2021

6. Identifikáciu vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikáciu záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov: Neaplikuje sa

7. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:

Obchodné meno / názov uchádzača, sídlo / miesto podnikania uchádzača	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predložené uchádzačom
S & T CEE Holding s.r.o. Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava IČO: 35897686	1 778 904,00

Dôvody vylúčenia:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v prílohe „FUR000133_E.1 rev_II – Technické parametre produktu prepočet“ zverejnenej dňa 28.04.2022 v časti Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti požadoval: „Odnímateľný stôl“.

Ponuka predložená spoločnosťou S & T CEE Holding s.r.o., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 35897686 obsahoval informáciu pri danej položke „ÁNO“

Komisia verejného obstarávateľa mala pochybnosti o splnení uvedenej požiadavky, tak Vás dňa 12.01.2023 požiadala o vysvetlenie okrem iného:

„3) Otázka k poradovému číslu 49 techn. špecifikácie: Je odnímateľný celý stôl alebo len odnímateľná doska?

Ak disponujete videom, z ktorého je jednoznačne identifikovateľný typ prístroja, ktorý ponúkate ako predmet zákazky a zároveň reálne zdokumentuje, čo je odnímateľné a za akých podmienok žiadame o jeho predloženie resp.odkazu, kde je vidno k zhliadnutiu, ako dôkaz k otázke č. 3.“

Odpoveď spoločnosti S & T CEE Holding s.r.o., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 35897686 bola doručená v určenej lehote 17.01.2023 a obsahovala:

„Parameter Odnímateľný stôl požadovaný v špecifikácii je splnený riešením FlexTrak – riešenie s odnímateľnou doskou (viď. príloha - Option Data Sheet_FlexTrak.pdf). FlexTrak je špecializované riešenie na prípravu a prepravu pacienta pre systém MR, ktoré podporuje jednoduchý presun pacienta. Riešenie FlexTrak pomáha zabezpečiť neprerušovaný workflow tým, že umožňuje prípravu pacienta mimo vyšetrovacej miestnosti, vrátane cievok, ostatného príslušenstva a monitorovacieho zariadenia. Pri tomto riešení nie je potrebné odpájanie cievok ani iného príslušenstva počas manipulácie s pacientom. Riešenie je ľahko ovládateľné jedným rádiologickým asistentom. Typická doba evakuácie pacienta z MR vyšetrovne je 45 sekúnd, FlexTrak umožňuje plnohodnotnú KPR. Ďalšou výhodou je nezávislosť na elektrickom napájaní – je to čisto mechanické riešenie. Ukážka riešenia FlexTrak je voľne dostupná na webovej adrese: <https://www.philips.com.au/healthcare/product/HCFMR0586/flextrak-flextrak-is-a-trolley-for-patient-transportation>“

Napriek doručenej odpovedi, komisii nebolo jednoznačne zrejmé jej splnenie - na odnímateľný stôl. Dňa 26.01.2023 Vám opätovne zaslal žiadosť o vysvetlenie požadovaného parametru.

„Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v prílohe „FUR000133_E.1 rev_II – Technické parametre produktu prepočet“ zverejnenej dňa 28.04.2022 v časti Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti požadoval: „Odnímateľný stôl“.

V rámci vysvetlenia k predmetnému postupu:

„Otázka 5) Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v prílohe „FUR000133_E.1 rev_II – Technické parametre produktu prepočet“ zverejnenej dňa 28.04.2022 v časti Priestorové, energetické a fyzické nároky/vlastnosti uvádza: „Odnímateľný stôl“. Predpokladáme, že cieľom Verejného obstarávateľa je obstaráť MRI prístroj čo najviac efektívne aj vzhľadom na ergonómiu pracoviska a jeho možnosti aj do budúcnosti. Nakoľko existuje niekoľko riešení ako túto požiadavku plniť, chceme sa Verejného obstarávateľa pre spresnenie opýtať, či bude verejný obstarávateľ požadovať riešenie, kde sa od prístroja odpája celý stôl aj jeho základňa, nie iba doska stola?

Odpovedal: Verejný obstarávateľ požaduje riešenie, kde sa od prístroja odpája celý stôl aj jeho základňa, nie iba doska stola.

Podľa podkladov, ktoré ste nám zaslali v predloženej ponuke resp. vysvetlenia komisia identifikovala možný nesúlاد medzi požiadavkou, ktorú vzniesol verejný obstarávateľ a Vašou ponukou nakoľko ste na otázku k poradovému číslu 49 techn. špecifikácie: Je odnímateľný celý stôl alebo len odnímateľná doska?

Odpovedali: Parameter Odnímateľný stôl požadovaný v špecifikácii je splnený riešením FlexTrak – riešenie s odnímateľnou doskou (viď. príloha - Option Data Sheet_FlexTrak.pdf). FlexTrak je špecializované riešenie na prípravu a prepravu pacienta pre systém MR, ktoré podporuje jednoduchý presun pacienta. Riešenie FlexTrak pomáha zabezpečiť neprerušovaný workflow tým, že umožňuje prípravu pacienta mimo vyšetrovacej miestnosti, vrátane cievok, ostatného príslušenstva a monitorovacieho zariadenia. Pri tomto riešení nie je potrebné odpájanie cievok ani iného príslušenstva počas manipulácie s pacientom. Riešenie je ľahko ovládateľné jedným rádiologickým asistentom. Typická doba evakuácie pacienta z MR vyšetrovne je 45 sekúnd, FlexTrak umožňuje plnohodnotnú KPR. Ďalšou výhodou je nezávislosť na elektrickom napájaní – je to čisto mechanické riešenie. Ukážka riešenia FlexTrak je voľne dostupná na webovej adrese: <https://www.philips.com.au/healthcare/product/HCFMR0586/flextrak-flextrak-is-a-trolley-for-patient-transportation>

Žiadame vysvetliť, odôvodniť tvrdenie: „Odnímateľný stôl požadovaný v špecifikácii je splnený riešením FlexTrak – riešenie s odnímateľnou doskou“ nakoľko verejný obstarávateľ požadoval riešenie, kde sa od prístroja odpája celý stôl aj jeho základňa, nie iba doska stola.“

Odpoveď bola doručená v lehote dňa 01.02.2023 a obsahovala:

„Výrobca Philips ponúka pre všetky typy MR prístrojov výhradne riešenie FlexTrak, ktorým je splnená požiadavka na jednoduchú, bezpečnú a rýchlu prípravu aj prepravu pacienta, ako aj v prípade potreby KPR. Netreba asi pripomínať, že MR prístroje Philips patria k svetovej špičke v tejto oblasti a sú inštalované na popredných pracoviskách bez výhrad ku kvalite vyšetrenia a funkčnosti. Vyhradzovať splnenie požiadavky len jedným technickým riešením je diskriminačné a neoprávnené. FlexTrak je riešenie, pri ktorom sa odpája doska stola s tým, že nie je potrebné odpájanie cievok ani iného príslušenstva ani inej manipulácie s pacientom. Obsluhu zvládne bez problémov jedna osoba ako je zrejmé z demo videa k tomuto riešeniu. Predstavuje plnohodnotné riešenie, ktoré je okrem iného viac ekonomickejšie a praktickejšie ako preprava pacienta s celým vyšetrovacím stolom, ktorý je nepomerne ťažší a aj oveľa drahší, jeho pohyb je závislý na elektrickom napájaní a manipulácia s ním môže byť zložitejšia. Navyše je v prípade potreby možnosť dovybavenia MR pracoviska druhým riešením FlexTrak, čím je možná paralelná príprava a preprava až dvoch pacientov. Cena obstarania druhého systému FlexTrak je nepomerne nižšia ako cena kompletného vyšetrovacieho stola, ktorý sa celý odpája. Máme za to, že riešenie FlexTrak plnohodnotne a bez výhrad splňuje požiadavky Verejného obstarávateľa na transport pacienta.“

Odpoveď bola následne doplnená:

„Chceme ešte doplniť vysvetlenie riešenia FlexTrak, ktorého ukážka je voľne dostupná aj s dvomi video prezentáciami na webovej adrese:

<https://www.philips.com.au/healthcare/product/HCFMR0586/flextrak-flextrak-is-a-trolley-forpatient-transportation>

Ako je zrejmé z ukážky, riešenie pozostáva z odopínateľného mechanického transportného stola a odopínateľnej dosky stola. Obe súčasti sú samozrejme obsiahnuté v dodávke MR prístroja a poskytujú plnohodnotné a ekonomicky výhodné riešenie na transport pacienta pri MR vyšetrení,

bez obmedzenia či už potrebou elektrického napájania. Ako bolo spomínané, je možná plnohodnotná KPR.“

Na základe predložených informácií v ponuke a vysvetlení komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že uvedené riešenie nespĺňa požiadavky kladené na predmet zákazky. Daná požiadavka technickej špecifikácie je pre nás vysoko prioritná (súvisí napr. s bezpečnosťou pacienta v prípade potreby kardiopulmonálnej resuscitácie, či neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prípade výskytu epileptického záchvatu a iných akútnych stavov). Jej nedodržanie považujeme za hrubé nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Komisia Verejného obstarávateľa konštatuje, že ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, čo je podľa § 53 ods. 5 písm. b) v súbehu s § 53 ods. 5 písm. d) dôvod na vylúčenie ponuky zo súťaže.

- 8. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:** Neaplikuje sa.
- 9. Identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi:**

Obchodné meno / názov uchádzača, sídlo / miesto podnikania uchádzača	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predložené uchádzačom
Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava IČO: 48146676	2 038 396,50

Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu splnenia podmienok účasti a kritérií, ktoré boli stanovené verejným obstarávateľom. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

- 10. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2:** Neaplikuje sa.
- 11. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k):** Neaplikuje sa.
- 12. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2:** Neaplikuje sa.
- 13. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému:** Neaplikuje sa.
- 14. Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:** Neaplikuje sa.
- 15. Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:** Verejný obstarávateľ a komisia počas celého procesu verejného obstarávania posudzovali možný konflikt záujmov definovaný v §23 ZVO. Na základe im dostupných informácií nebol identifikovaný konflikt záujmov, ktorý by mohol narušiť, alebo obmedziť hospodársku súťaž, alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

16. Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania: Neaplikuje sa

Pri definovaní predmetu zákazky sa neuskutočnili predbežné trhové konzultácie, ale pri opise a stanovení hodnotiacich kritérií verejný obstarávateľ vychádzal z obdobnej zákazky, ktorú vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako užšiu súťaž na zriadenie Dynamického nákupného systému: DNS #S04808-2018-OZZ „Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu“ (<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/386/summary>) a v rámci tohto DNS uzatvorenej zmluvy (<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9674/summary>) .

Snahou verejného obstarávateľa je získať za vyčlenené finančné prostriedky magnetickú rezonanciu (MRI) najvyššej kvality a s dlhodobou udržateľnými parametrami.

V Bratislave, dňa 29.11.2023

Vypracoval: Mgr. Ľubomír Gašparík

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie Kritérií spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o.

Príloha č. 2 – Zoznam referencií spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o.