

Preberací protokol ku KZ č. N ZVJS-7-12/32-2014

Kupujúci:

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Súdna 15,
911 96 Trenčín
IČO : 00738 301
DIČ : 2021332357

Predávajúci:

ADAMED, s.r.o.
Scherera 38
P.O. Box C19
921 01 Piešťany
IČO: 36 261 688
DIČ: 202 182 92 05
IČD: SK 202 182 92 05

V súlade s podmienkami horeuvedenej zmluvy, predávajúci odovzdáva a Kupujúci, preberá EMG prístroj Neuro-MEP-Micro v.2009 v.č. 0998TW v zostave:

Neuro-MEP-Micro (verzia 2009)

2-kanálový EMG, NCS a EP systém so vstavanou špecializovanou EMG klávesnicou (v snímacej hlavici)
Workbook "EMG vyšetrenia na digitálnych zariadeniach EMG a EP Neurosoft" – súbor PDF

Diagnostické režimy prístroja:

MNC, SNC, MNC/SNC, F-vlna, H-reflex, repetitívna stimulácia, spontánna aktivita, interferenčná EMG, MUP analýza, VEP, BAEP, SEP

Sada EMG elektród:

Povrchové elektródy SE-1 - 2 ks, Fixná elektróda (detská) BE-1, Fixná elektróda (pre dospelých) BE-2, Prstencová elektróda (široká) s káblikom RE-2,

Zemniaca elektróda s káblikom (250 mm) GE-1, Zemniaca elektróda univerzálna – suchý zips 1 ks

Jednorázová koncentrická ihlová elektróda 25ks, Adaptér na pripojenie ihlových elektród

Jednorázová povrchová elektróda (sada 100 ks), Adaptér pre pripojenie jednorázových elektród s klipom "Alligator" (20 cm) — 2 ks. (červený a čierny)

Čiašková elektróda s káblikom — 5 ks, Prepojovací káblík dva vstupy do jedného TP konektoru

Stimulačná elektróda s fixnou vzdialenosťou s oceľovými stimulačnými kontaktami (pre dospelých) SBE-2

Zvinovací meter

Elektrodová adhezívna pasta (100 g), Abrazívna pasta na prípravu povrchu kože (160 g), Elektrodový gel (fľaša s dávkovačom 250g)

"Neuro-MEP.NET" software s modulom EMG, NCS a EP na nahrávanie, analýzu a uchovávanie

Stimulačné slúchadlá pre BAEP – TA01

Stimulačný monitor LCD 17" – pattern stimulátor pre VEP

Užívateľský manuál

Riadiaci PC 22" All in one, Intel, Laserová tlačiareň, oddeľovací bezpečnostný transformátor.

Kovový prístrojový stolík na kolieskach s držiakom snímacej hlavice

- **záruka 2 roky** na prístroj okrem spotrebných materiálov (gel, elektródy,)
- **Kompletnosť a funkčnosť prístroja zodpovedá horeuvedenému kontraktu, Kupujúci a Užívateľ preberá prístroj bez závad:**
- **Predmet uvedenej zmluvy bol inštalovaný, odskúšaný, obsluha prístroja bola riadne zaškolená**

Predávajúci :

V Trenčíne, dňa 30.7.2014

.....
Ing. Daniel Priadka

Kupujúci :

V Trenčíne, dňa 30.7.2014

.....
Ing. Daniel Priadka
911 96 Trenčín
12