

Číslo: LK2014/000105 kontakt: Ing. Štefan Fedák/s.fedak@airportkosice.sk 24.03.2014

Vec: Doplnenie/zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch

Listom zo dňa 18.03.2014 bola verejnému obstarávateľovi dňa 20.3.2014 doručená žiadosť o nápravu. Žiadosť o nápravu sa týkala podlimitnej zákazky na predmet **„Dodávka nového RTG prístroja pre letiskovú kontrolu“**.

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku č. 42/2014 pod číslom 2688-WYT dňa 28.02.2014 (ďalej len „Výzva na predkladanie ponúk“). Žiadosť o nápravu (ďalej len „žiadosť“) bola žiadateľom podaná proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch podľa § 136 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zároveň navrhol verejnému obstarávateľovi úpravu súťažných podkladov v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Vzhľadom na nevykonateľnosť niektorých návrhov žiadateľa bol verejný obstarávateľ nútený žiadosť o nápravu čiastočne zamietnuť. Žiadateľ však v žiadosti o nápravu uviedol skutočnosti, ktoré na strane verejného obstarávateľa vyvolali potrebu pre úpravu znenia technických parametrov predmetu zákazky, tak aby bola umožnená čo najširšia čestná hospodárska súťaž a umožnila sa tak širšia účasť súťažiteľov na trhu za súčasného zachovania účelu realizácie verejného obstarávania, ktorým je zabezpečenie bezpečnosti prevádzky letiska, ktorú vykonáva verejný obstarávateľ.

S ohľadom na vedené skutočnosti verejný obstarávateľ pristúpil k nasledovnému doplneniu/zmene technických charakteristík predmetu zákazky:

a) V záujme podpory čestnej a otvorenej hospodárskej súťaže verejný obstarávateľ musí pripustiť, aby uchádzač ponúkol predmet zákazky s lepšími parametrami ako maximálna veľkosť objektu do 1440(Š) x 1700(V) mm a preto verejný obstarávateľ mení v časti B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY špecifikáciu uvedenú v podčasti RTG zariadenie musí spĺňať „Max. veľkosť objektu: do 1440 (Š) x 1700 (V) mm“ nasledovne:

„Maximálna veľkosť objektu: minimálne 1440(Š) x 1600(V) mm (to znamená, že RTG zariadenie musí byť schopné skenovať aj objekt, ktorý má minimálne rovnaké alebo väčšie oba rozmery súčasne)“

b) Verejný obstarávateľ však zároveň v záujme ochrany čestnej a otvorenej hospodárskej súťaže a za účelom jej čo najväčšieho otvorenia potencionálnym uchádzačom vykonáva aj zmenu v časti B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v podčasti „Ďalej musí obsahovať min. štandardné funkcie“ odrážku - funkcia pre zdôraznenie rozlíšenia organických objektov s definovanou efektívnou atómovou hmotnosťou Zeffs hodnotou 7, 8 alebo 9 :


7 – polyetylén (PE)

8 – voda, plastické výbušniny

9 – drogy

snímok sa zobrazí čierno-biely, len časti snímku reprezentujúce materiály s vybranou efektívnou atómovou hmotnosťou sa zobrazia červenou farbou." **vypúšťa**, keďže takáto špecifikácia mohla spôsobiť príliš detailnú charakteristiku predmetu zákazky, ktorá nemusí dostatočne zohľadniť rôznosť špecifík jednotlivých RTG prístrojov.

S pozdravom



Ing. Štefan Fedák
člen predstavenstva



Ing. Tomáš Jančuš , PhD.
člen predstavenstva