

Pre:
všetci uchádzači, ktorým boli zaslané
súťažné podklady

Vaše údaje

Naše údaje

Tel +421 56 681-9110

Fax +421 56 681-9311

Dátum

20.12.2016

Predmet

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď

Predmet zákazky: Obstaranie inovatívnej technológie.

Uverejnené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 232/2016 zo dňa 29.11.2016 pod číslom 16132 – WYT.

Vysvetlenie:

MICHATEK k.s.

P.O. Box 73
Priemyselný park 1
SK-071 01 Michalovce

Tel.: +421 56 681-9111
Fax: +421 56 681-9311

info@michatek.sk
www.michatek.sk

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok
07:30 – 16:30

Sídlo

SK-071 01 Michalovce
Krajský súd Košice

Konateľ spoločnosti

Dipl.-Wirtschaftsing.
Rainer Steinberger

Dipl.-Ing.
Alexander Weweck

Commerzbank Bratislava

Konto 750 005 15
BLZ 8050

IBAN-Nr.

004 8050 0000 0000 7500 0515

SWIFT
COBASKBX

IČO: 35 883 162

DIČ: SK2021830085

Otázka č. 1: Záujemca sa pýta, či je pod držiakom myšlená dokovacia stanica? Či bude verejný obstarávateľ ako držiak akceptovať dokovaciu stanicu? (Logický celok č. 7 – Spektrometer)

Odpoveď: Áno, verejný obstarávateľ bude ako držiak akceptovať dokovaciu stanicu, ak bude dokovacia stanica plniť úlohu držiaka a bude možné prístrojom v dokovacej stanici vykonávať meranie.

Otázka č. 2: Záujemca uvádza, že ním ponúkaný prístroj nemá RS232 rozhranie, nakoľko v dnešnej dobe je uprednostňované USB. Pýta sa, či verejný obstarávateľ bude akceptovať prístroj s adaptérom USB na RS232? (Logický celok č. 7 – Spektrometer)

Odpoveď: Verejný obstarávateľ požaduje splnenie všetkých technických požiadaviek na predmet zákazky. Áno, adaptér USB na RS232 spĺňa požiadavku verejného obstarávateľa.

Otázka č. 3: Záujemca sa pýta, či verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku uchádzača na Logický celok č. 7 – Spektrometer, s parametrami zariadenia: Hmotnosť bez batérie 1,5 kg?

Odpoveď: Nie, uchádzač nesplní technické požiadavky na predmet zákazky, Logický celok č. 7 – Spektrometer. Verejný obstarávateľ musí v takom prípade postupovať v zmysle §53, ods. 5 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Otázka č. 4 (Logický celok c. 6 – Meracie 3D zariadenie):

Parameter: Presnosť stroja min. (2,3+0,3L/100) µm

Máte tu na mysli dĺžkovú presnosť MPE E? Ak nie o akú presnosť a podľa akej normy sa prosím jedna?

Odpoveď: Áno, jedná sa o celkovú dĺžkovú presnosť stroja.

Otázka č. 5 (Logický celok c. 6 – Meracie 3D zariadenie):


Parameter: Maximálna chyba snímania MPEe max. 2,1 µm

Na akej dĺžke má byť max. 2,1 µm?

Tento parameter je v rozpore s presnosťou stroja min. 2,3 µm.

Odpoveď: Daný parameter sa vzťahuje na chybu snímacieho zariadenia na stroji na dĺžke 100 mm. Verejný obstarávateľ nesúhlasí s tvrdením uchádzača, že tento parameter je v rozpore s presnosťou stroja.

S pozdravom



Ing. Roman Dobrocký
poverený realizáciou verejného obstarávania

MICHATEK, k.s.
P.O.Box 73
Priemyselný park 1
071 01 Michalovce
IČO: 35 883 162