

Všetci záujemcovia zákazky:  
„Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku  
prostredníctvom zavedenia nových služieb“  
Vestník verejného obstarávania  
č. 43/2017 - 01.03.2017, zn. 2533 - WYT

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Osobe podľa § 8 ZVO bola v lehote na doručenie podľa bodu 13 súťažných podkladov (ďalej len „SP“) doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky: **„Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom zavedenia nových služieb“**, Vestník verejného obstarávania č. 43/2017 - 01.03.2017, zn. 2533 - WYT.

V žiadosti o vysvetlenie boli položené nasledovné otázky:

1. **Otázka k časti 1:** Budete akceptovať ponuku na prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky príslušných požadovaných noriem pričom majú odlišné konštrukčné parametre od požadovaných?
2. **Otázka k časti 2:** Budete akceptovať ponuku na prístroj, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej požadovanej normy pričom má USB výstup?
3. **Otázka k časti 3:** Budete akceptovať ponuku na prístroj, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej požadovanej normy pričom má odlišné konštrukčné parametre?
4. **Otázka 1 k časti 4:** Budete akceptovať ponuku na prístroj, ktorý má max. silu zaťaženia 16 kN ?
5. **Otázka 2 k časti 4:** Budete akceptovať ponuku na prístroj s kapacitou zaťaženia 25 kN ?
6. **Otázka k časti 5:** Budete akceptovať ponuku na prístroj, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej požadovanej normy pričom má odlišné konštrukčné parametre?
7. **Otázka 1 k časti 6:** Budete akceptovať ponuku na prístroj, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej požadovanej normy pričom má odlišné konštrukčné parametre?
8. **Otázka k časti 8:** Budete akceptovať ponuku na prístroj, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej požadovanej normy pričom má odlišné otáčky miešadla?
9. **Otázka 2 k časti 6:** Môžete menovite uviesť či požadujete dodať spolu s prístrojom aj sitá; a ak áno, tak s akou veľkosťou oka a aký počet ?

**Odpoveď na otázky č. 1 až 8:**

Osoba podľa § 8 ZVO prijme len ponuky, ktoré spĺňajú minimálne technické požiadavky na predmet zákazky uvedené v Kapitole B – Opis predmetu zákazky. Podľa súťažných podkladov Kapitola B – Opis predmetu zákazky: „V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením.“ Aj ekvivalentné riešenie musí spĺňať minimálne technické požiadavky na predmet zákazky.

**Odpoveď na otázku č. 9:**

Osoba podľa § 8 ZVO v opise predmetu zákazky uvádza minimálne technické požiadavky na predmet zákazky. V časti 6. – Zariadenie na stanovenie zrnitosti kamennej múčky je uvedené že zariadenie má byť „Preosievačka vzduchová na filerové častice podľa STN EN 933-10:2010“. Podľa STN EN 933-10:2010 bod 5 Skúšobné zariadenie „5.2 sitá s kruhovým rámom menovitého priemeru 200 mm a so štvorcovými otvormi veľkosti 0,063 mm, 0,125 mm a 2 mm, zodpovedajúce EN 933-2. Sitá podľa citovanej normy sú súčasťou skúšobného zariadenia.

S pozdravom

V Bratislave, 14.03.2017

-----  
Ing. Róbert Kovács  
konateľ spoločnosti