

PRÍLOHA 7 - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA (2. časť)

Obchodný názov uchádzača:	
Adresa/Sídlo:	

Pokyny pre predkladateľa ponuky:

	Doplniť žltou vyznačené bunky
--	-------------------------------

Sterilizátor sklenených pohárov a plastových nádob						
		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Doplniť údaj (povinne)	Obchodné meno výrobcu	Typové označenie
Sterilizátor sklenených pohárov a plastových misiek	Užitočný objem	min. 500	l			
	Príkon	max. 2200	W			
	Počet košov	min. 2	ks			
	Krytie	IP 54				
	Ohrev	para alebo voda				
	Materiál	1.01				
	Nádoba	celonerezová, duplikovaná, izolovaná, uložená na nohách				
	Sterilizácia	nástrekom pary alebo ohrevom vody				
	Sterizácia sklenených pohárov (200 - 250 ml) ako aj plastových nádob z polypropylénu (350-400 ml)	áno				
	Diskontinuálny	áno				
	návody na údržbu a obsluhu v slovenskom/českom jazyku	áno				
	CE-certifikát a východzia revízia správa – elektro v slovenskom/českom jazyku	áno				
Ostatné	Doprava na miesto inštalácie (Prešov)	áno				
	Montáž a uvedenie do prevádzky	áno				

Dátum:

.....
podpis štatutárneho zástupcu