

EVO Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Verejná súťaž: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľnou mechanickú trombektomickú liečbu periférneho tepnového a žilového systému a periprocedurálny kaválny filter

Prehľad prijatých otázok a odpovedí

Inštrukcie

Menu "Prehľad" zobrazuje všetky odpovede na otázky prijaté v lehote na vysvetľovanie. Otázky sú uvedené v anonymnej podobe. Nižšie nájdete odpovede na prijaté otázky.

1. Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1:

Časť C., odstavec 4., položka č. 3 – kompatibilita so 6F zavádzačom je myslená pre dočasný periprocedurálny kaválny alebo pre nástroje zavoditeľné do dočasného periprocedurálneho kaválneho filtra – teda „pracovný kanál“ filtra má mať rozmer ako 6F zavádzač?

Odpoveď k otázke č.1:

6F kompatibilita je myslená na pracovný kanál filtra o veľkosti 6F, možnosť zavádzať 6F inštrumentárium do filtra.

V Košiciach 4.10.2017