

EVO Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Verejná súťaž: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na mechanickú trombektomickú liečbu periférneho tepnového a žilového systému a periprocedurálny kaválny filter

Prehľad prijatých otázok a odpovedí

Inštrukcie

Menu "Prehľad" zobrazuje všetky odpovede na otázky prijaté v lehote na vysvetľovanie. Otázky sú uvedené v anonymnej podobe. Nižšie nájdete odpovede na prijaté otázky.

2. Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1

Časť C., odstavec 5.5.1 – funkčná vzorka sa vyžaduje aj pri produkte, ktorý už verejný obstarávateľ používal?

Odpoveď na otázku č. 1

Z dôvodu dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v tejto verejnej súťaži verejný obstarávateľ vyžaduje preloženie funkčných vzoriek všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe č. 5 SP v minimálnom počte 1 ks (t. j. 1 ks pre každú požadovanú položku predmetu zákazky) za účelom ich testovania v plnej prevádzke verejného obstarávateľa. Požaduje sa viditeľná identifikácia každej predloženej vzorky, na základe ktorej verejný obstarávateľ jednoznačne identifikuje, ku ktorej požadovanej položke predmetu zákazky bola vzorka predložená. Požaduje sa označenie každej vzorky: „Vzorka – Y“ (kde Y je názov požadovanej položky predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 5 SP). Samostatne zabalená vzorka výrobku musí tvoriť súčasť ponuky. Vzorky preloží aj uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predmet zákazky dodáva resp. dodával.

V Košiciach 6.10.2017

1. Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1:

Časť C., odstavec 4., položka č. 3 – kompatibilita so 6F zavádzacom je myslená pre dočasný periprocedurálny kaválny filter, alebo pre nástroje zavoditeľné do dočasného periprocedurálneho kaválneho filtra – teda „pracovný kanál“ filtra má mať rozmer ako 6F zavádzač?

Odpoveď k otázke č.1:

6F kompatibilita je myslená na pracovný kanál filtra o veľkosti 6F, možnosť zavádzať 6F inštrumentárium do filtra.

V Košiciach 4.10.2017